

類別 器 30 結紮器及び縫合器

一般医療機器 縫合針（70417001）


# 縫 合 針

**【禁忌・禁止】**

- 本製品は使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用法は本品の破損を招く恐れがあるため。]
- 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。[振動・切削・打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ故障の原因となるため。]

**【形状・構造及び原理等】**

- 1 材料  
ステンレス鋼
- 2 形状  
(1) 形状



- (2) 種類  
 強弯針 000～10 バネ孔 角/丸  
 弱弯針 00～9 バネ孔 角/丸  
 腸用針 0000～7 バネ孔 丸  
 腸用弱弯針 1～5 バネ孔 丸  
 外科直針 1～6 バネ孔 角  
 腸用直針 1～6 バネ孔 丸  
 婦人科針 1～8 バネ孔 角/丸  
 婦人科鈍針 1～3 バネ孔 丸  
 眼科針 0000～4 バネ孔 角  
 解剖針大/中/小 ナミ孔 角  
 脳用針 10mm/8mm バネ孔 丸  
 縫合審セット 愛知医大式 I1～I8/H1～H4  
 縫合針セット 四日市病院型強弯 1～8  
 縫合針セット 四日市病院型腸用 0～2  
 縫合針セット 四日市病院型腸用直針  
 縫合針セット 開頭用  
 縫合針セット VPS
- (3) 包装  
 10 本単位ビニール包装  
 縫合針セット 愛知医大式 3 本 1 パック  
 縫合針セット 四日市病院型 2 本 1 パック  
 縫合針セット 開頭用 8 本 1 パック  
 縫合針セット VPS 3 本 1 パック

**【使用目的】**

組織に縫合糸を挿入したり、引き抜いたりするために用いる針。  
特別な機能専用のものもあれば、汎用のものもある。

**【使用上の注意】****重要な基本的注意**

- 1 本製品は未滅菌品であり、使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- 2 使用目的（検査・治療等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
- 3 包装の破損等により製品に異常が認められる場合や折損していると思われる製品は使用しないこと。
- 4 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 5 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐蝕の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- 6 廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。
- 7 電気メスを用いた接触凝固は術者が感電、火傷する危険性があり、また、器械表面を損傷するので、併用しないこと。

使用禁忌 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるおそれがあるため、使用を避けること。使用中に付着したときには、水洗いをする。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】****貯蔵・保管方法**

- 1 貯蔵保管にあたっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短に拘わらず乾燥をすること。高温、高湿、直射日光及び水漏れを避け、室温で保管すること。
- 2 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- 3 本製品は貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や衝撃を避ける様注意を払うこと。

**【保守・点検に係る事項】**

- 1 本製品は、日常点検し器具が正常に動くことを確認すること。特に、変形や傷がないか充分点検を行うこと。
- 2 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒すること。
- 3 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 4 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄するときには、汚れが落ちやすいようにバスケットに収納すること。
- 5 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
- 6 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 7 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、鍍金剥がれ等の異常がないか点検すること。
- 8 点検後、セット、包装をし、滅菌すること。なお、セット、包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。

使用禁忌 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を、汚物除去、洗浄時に用いると、器具の表面が損傷するおそれがあるため、使用しないこと。

**滅菌方法**

洗浄、消毒を行った後、高圧蒸気滅菌処理を必ず行うこと。

| 滅菌温度     | 保持時間 |
|----------|------|
| 115-118℃ | 30 分 |
| 121-124℃ | 15 分 |
| 126-129℃ | 10 分 |
| 134℃     | 5 分  |

クロイツフェルト・ヤコブ病に罹患している、あるいはその疑いのある患者の手術を行った場合は、厚生労働省が医療用具の消毒法として挙げている以下の条件にて滅菌すること。

**①. 第1 選択**

方法・使用薬剤：3 % SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）  
温 度：100℃  
滅菌時間：5 分間

**②. 第2 選択**

方 法：高圧蒸気滅菌  
温 度：134℃  
滅菌時間：18 分

**【製造業者及び製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】**

- 1 製造販売業者  
ゾンネ医科工業株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 22 番 9 号  
電話:03-3811-8282 FAX03-3814-1386
- 2 製造業者  
有限会社小池製作所