

メイセン固定シェル 頭頸部

【禁忌・禁止】

1. 固定シェルの再使用禁止
2. 本品の素材に対して過敏症の既往歴がある患者に使用しないこと。
3. 本品は体位の固定以外の目的に使用しないこと。
4. 本品に切削等の二次的加工(改造)を加えないこと[破損等の原因となる]。

【形状・構造及び原理等】

本品は生分解性素材の固定シェルと付属の調整ボルト、ベースプレートで構成されている頭部、頸部及び頸椎用の患者体位固定具である。

1. 製品構成

[固定シェル]

メイセン Uーマスクー強化SO

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-A101P-203W	2.4		—	
RF-A101P-303W	3.0		—	
寸法:279×265mm スタンダードタイプ面部開放 U型フレーム				

メイセン Uーマスクー強化S

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-A101P-204W	2.4		—	
RF-A101P-304W	3.0		—	
寸法:279×265mm スタンダードタイプ				
U型フレーム				

メイセン Uーマスクー強化SC

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-A101P-205W	2.4	—	—	
RF-A101P-305W	3.0	—	—	
寸法:279×265mm U型フレーム				

強化スタイル顎を含む	
------------	--

メイセン 三角マスク

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-B101P-201W	2.4	22%	2mm	
RF-B101P-301W	3.0	22%	3mm	
寸法:320×360mm 三辺140mm				
鼻穴あり				

メイセン 三角マスクー強化S

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-B101P-202W	2.4		—	
RF-B101P-302W	3.0		—	
寸法:320×360mm 三辺140mm				

鼻穴あり

メイセン Sーマスクー強化SC

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C101P-201W	2.4		—	
RF-C101P-301W	3.0		—	
寸法:315×300mm				
強化スタイル顎を含む S型フレーム				

メイセン Sーマスク(ロング9cm)ー強化SO

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C101P-202W	2.4		—	
RF-C101P-302W	3.0		—	
寸法:405×300mm				
スタンダードタイプ面部開放 S型フレーム				

メイセン Sーマスクー強化SCK

型番	厚さ(mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C102P-201 W	2.4		—	
RF-C102P-301 W	3.0		—	
寸法:315×300mm 強化スタイル顎を含む S型K+Bフレーム Optek ベースプレート Bionix—Versa and Klarity				

メイセン SーマスクーK

型番	厚さ(mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C102P-202 W	2.4	22%	2mm	
RF-C102P-302 W	3.0	22%	3mm	
寸法:315×300mm S型フレーム				

メイセン Sーマスク(ロング5cm)ーK

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C102P-203W	2.4	22%	2mm	
RF-C102P-303W	3.0	22%	3mm	
寸法:365×300mm S型フレーム				

メイセン Sーマスク(ロング9cm)ーK

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-C102P-204W	2.4	22%	2mm	
RF-C102P-304W	3.0	22%	3mm	
寸法:405×300mm				
S型フレーム				

メイセン 頭頸肩マスクー強化スタイルーS

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-E101P-202W	2.4		—	
RF-E101P-302W	3.0		—	
寸法:500×460mm スタンダードタイプ				
五辺140mm				

メイセン Sー頭頸肩マスク強化ーSC

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-F101P-202W	2.4		—	
RF-F101P-302W	3.0		—	
寸法:488×606mm S型フレーム(大) 強化スタイル顎を含む				

メイセン Sー頭頸肩マスクーK

型番	厚さ (mm)	メッシュ密度	メッシュ直径	
RF-F102P-201W	2.4	22%	2mm	
RF-F102P-301W	3.0	22%	3mm	
寸法:463×612mm				
S型K+Bフレーム(大) BionixーVersa and Klarity				
Optek ベースプレート				

・フレームの色調: 白

[ベースプレート]

メイセン Cーオールワン

型番	寸法(mm)	高さ(mm)	
MC-CF001	1300×606	22	

メイセン Cー頭肩胸

型番	寸法(mm)	高さ(mm)	
MC-CF002	1000×606	22	

メイセン Aーオールワン

型番	寸法(mm)	高さ(mm)	
MC-AF001	1300×550	22	

メイセン Aー頭肩胸

型番	寸法(mm)	高さ(mm)	
MC-AF002	1000×550	22	

2. 組成

固定シェル : ポリカプロラクトン
フレーム(枠) : ABS樹脂(ゲレン Sーマスク:ポリカーボネート)
ベースプレート : カーボンファイバー

3. 原理

固定シェルは温水で65℃に加熱し、軟質化させた固定シェルに機械的な応力をわずかに加えると容易に変形し、室温下で放置すると変形したままの形状を保持する。

【使用目的又は効果】

枠や板などの固定式又は調節可能な位置決め装置で構成され、画像診断及び歯科用X線撮影の場合に患者の頭部、頸部、及び頸椎を適切に位置決め、固定する目的で特別に設計された装置をいう。画像支援下での手術、インターベンショナル法、又は放射線治療の場合で、連続的画像検査又は連続的放射線治療で容易に再現性のある位置決めをすることが必要ときに使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 患者をベースプレート上に寝かせる。
- 2) 固定シェルを包装から取り出して65℃に加熱したウォーターバスの水面下に1分程度浸漬し、乳白色から透明に変化するまで軟化させる(全体が水面下に浸漬できない場合はピンセット等で軽く押さえて浸漬させるとよい)。
- 3) 固定シェルをウォーターバスから取り出して、付着した水滴をタオル等の布で軽く拭き取る[高温の水滴で操作者、患者が熱傷等をおこす可能性がある]。
- 4) メッシュの密度が均一に配列されるように、固定シェルの中心部分を丸めた手の甲で15～20cm程度の楕円形状に押し広げてメッシュの

配列密度を予め整えておく。

- 5) 初めに固定シェルの縁を患者の顎に引っ掛けるように固定し、メッシュの密度が均一に配列されるように注意しながら全体に密着させ、鼻梁部の凹凸に合わせて成形する。
- 6) 固定シェルのフレームをベースプレートに固定する。



- 7) 固定シェルが加熱前の色と硬さに回復するまで室温下で放置して、手で触れて硬さを確認する。
- 8) 再度固定する場合は、固定シェルの加工時と同様の体位になるように固定シェルを患者に被せ、固定シェルのフレームをベースプレートに固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 使用前に固定シェルと対応するベースプレートの組合せが正しいかを確認すること。
- 2) 使用前に患者の頭頸部から装飾品等(かつら、イヤリング、ネックレス、義歯)をすべて取り外すこと。
- 3) 温水から固定シェルを取り出す際、患者に装着する際は注意して操作すること[温水で操作者、患者が熱傷等をおこす可能性がある]。
- 4) 使用中に付着した血液・体液・組織・薬品等は、水又は消毒用のエタノールを含ませたガーゼ等の布で拭拭すること。
- 5) 必ず65℃で加熱すること[固定シェルを高温で加熱すると素材が溶解・分離して、頭髪や皮膚への付着、部分的に伸びが生じる可能性がある]。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること。)

- 1) 閉所恐怖症[固定シェルを装着することにより閉塞感を与える可能性がある]。
- 2) 成形加工した固定シェルを他の患者に使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 本品の開封前に包装が開いているとき、包装の破損・傷・汚れがあるときは使用しないこと。
- 2) 本品は使用する直前に包装から取り出すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光を避け、清潔な状態で乾燥した冷暗所に保存すること。

2. 有効期間

固定シェル: 製造後3年[自己認証(当社データによる)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
華琳 株式会社
〒130-0025 東京都墨田区千歳 1-4-12 桜井ビル
電話番号 03-6666-9179

外国製造業者
レンフメディカル社、中華人民共和国
(Guangzhou Renfu Medical Equipment CO.,Ltd.)