

器械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡固定具 JMDN コード 37090030

マイクロマニピュレータ

【警告】

- ・接続する内視鏡固定具の添付文書、取扱説明書をよく読んでから本品を使用すること。不十分だと誤使用による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
- ・当社製以外の内視鏡固定具に装着しないこと。想定外の事故による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
- ・使用前に必ず滅菌処理を行うこと。滅菌を行わないと感染による不具合・有害事象の発生の恐れがある。

【禁忌・禁止】[不具合・有害事象の発生の恐れがある。]

- ・使用目的以外の手術には使用しないこと。
- ・当社指定品以外の消耗品や付属品を使用しないこと。
- ・「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」以外の滅菌を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

PSMP タイプ



UMP タイプ



寸法：D136mm X W65mm X H62mm （±10%）
重量：約 220g （±10%）
前後ストローク：50mm／上下左右：±2.8 度
最大取付重量：500g 以下

原材料

合成樹脂、金属など

【使用目的又は効果】

本品は、三鷹光器株式会社の内視鏡固定具に装着し、硬性鏡等の固定や位置の微調整を行う。

【使用方法等】

1. 使用前に本品を滅菌処理する。
2. 滅菌方法は「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」を行う。
3. 内視鏡固定具の添付文書に従って、内視鏡固定具を準備する。
4. 内視鏡固定具アーム先端の器具取り付け部に、本品のアーム取り付け部を接続する。
5. 本品のホルダマウントに、内視鏡ホルダを接続する。

6. スライド、調整つまみを用いて位置を微調整する。
7. 使用後は消毒し、中性洗剤を用いて手で洗浄する。
8. 次回の使用に備えて滅菌処理する。

【使用上の注意】

- ・滅菌前の洗浄は中性洗剤で手洗いすること。
- ・手術の前には必ず動作確認をして異常がないことを確認すること。
- ・脱着可能部分は確実に固定されていることを確認すること。
- ・操作の際は、常に患者（患部）を監視し、患者に対して無理な力がかからないようにすること。
- ・装置に異常が見つかった場合は使用を中止し、販売元へ連絡すること。

■不具合・有害事象

- ・不具合 動作不良、故障

【保管方法及び有効期間等】

■使用条件

- ・温度 10℃～40℃
- ・湿度 10%～90%

■保管条件

- ・温度 0℃～50℃
- ・湿度 10%～80%
- ・ほこりが少ない室内で保管すること。
- ・使用後は消毒し、中性洗剤で洗浄してから乾燥させる。
- ・次回の使用に備えて滅菌処理をして保管する。

■耐用期間

6 年間（自己認証 当社データによる）

【製造販売業者及び製造業者】

製造販売業者：

三鷹光器株式会社

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 1-18-8

TEL：0422-49-1491 FAX：0422-49-1117

製造業者：

三鷹光器株式会社

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 1-18-8

TEL：0422-49-1491 FAX：0422-49-1117