2019 年 1 月 9 日作成（第 1 版）
*2023 年 4 月 5 日作成（第 2 版）

医療機器製造販売届出番号：13B2X10366000025

器械器具 25 医療用鏡
一般医療機器　顕微鏡付属品　JMDN コード 37294000

カバーガラス

【警告】
・接続する手術用顕微鏡の添付文書、取扱説明書をよく読んでから本品を使用すること。不十分だと誤使用による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
・当社製以外の手術用顕微鏡に装着しないこと。想定外の事故による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
・使用前に必ず滅菌処理を行うこと。滅菌を行わないと感染による不具合・有害事象の発生の恐れがある。

【禁忌・禁止】[不具合・有害事象の発生の恐れがある。]
・使用目的以外の手術には使用しないこと。
・当社指定品以外の消耗品や付属品を使用しないこと。
・「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」以外の滅菌を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】
MM80 タイプ

直径約 88mm

MM51 タイプ

直径約 104mm

*
直径約 80mm

原材料
光学ガラス、金属など

【使用目的又は効果】
本品は、三鷹光器株式会社の手術用顕微鏡に装着し、対物レンズを生物的汚染や物理的衝撃から保護する。

【使用方法等】
1. 使用前に本品を滅菌処理する。
2. 滅菌方法は「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」を行う。
3. 手術用顕微鏡の添付文書に従って、手術用顕微鏡を準備する。
4. 手術用顕微鏡の対物レンズ部分に、本品を装着する。
5. 使用後は消毒し、中性洗剤を用いて手で洗浄する。
6. 次回の使用に備えて滅菌処理する。

【使用上の注意】
・滅菌前の洗浄は中性洗剤で手洗いすること。
・ガラス面に傷をつけないように洗浄すること。
・手術の前には必ず動作確認をして異常がないことを確認すること。
・脱着可能部分は確実に固定されていることを確認すること。
・操作の際は、常に患者（患部）を監視し、患者に対して無理な力がかからないようにすること。
・装置に異常が見つかった場合は使用を中止し、販売元へ連絡すること。

■不具合・有害事象
・不具合　動作不良、故障

【保管方法及び有効期間等】
■使用条件
・温度　10℃～40℃
・湿度　10%～90%

■保管条件
・温度　0℃～50℃
・湿度　10%～80%
・ほこりが少ない室内で保管すること。
・使用後は消毒し、中性洗剤で洗浄してから乾燥させる。
・次回の使用に備えて滅菌処理をして保管する。

■耐用期間
6 年間（自己認証　当社データによる）

【製造販売業者及び製造業者】
製造販売業者：
三鷹光器株式会社
〒181-0014 東京都三鷹市野崎　1-18-8
TEL：0422-49-1491　FAX：0422-49-1117

製造業者：
三鷹光器株式会社
〒181-0014 東京都三鷹市野崎　1-18-8
TEL：0422-49-1491　FAX：0422-49-1117