**2024 年 5 月 29 日改訂（第 3 版）
*2023 年 4 月　5 日改訂（第 2 版）
医療機器製造販売届出番号：13B2X10366000025

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 顕微鏡付属品 JMDN37294000
特定保守管理医療機器

カバーガラス

【警告】

・接続する手術用顕微鏡の添付文書、取扱説明書をよく読んでから本品を使用すること。不十分だと誤使用による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
・当社製以外の手術用顕微鏡に装着しないこと。想定外の事故による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
・使用前に必ず滅菌処理を行うこと。滅菌を行わないと感染による不具合・有害事象の発生の恐れがあ る。

【禁忌・禁止】［不具合・有害事象の発生の恐れがあ る。］

・使用目的以外の手術には使用しないこと。
・当社指定品以外の消耗品や付属品を使用しないこと。
・「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」以外の滅菌を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

MM80 タイプ

直径約 88mm

MM51 タイプ

直径約 104mm

直径約 80mm *

原材料

光学ガラス、金属など

【使用目的又は効果】

本品は、三鷹光器株式会社の手術用顕微鏡に装着し、対物レンズを生物的汚染や物理的衝撃から保護する。

【使用方法等】

1　使用前に本品を滅菌処理する。
2　滅菌方法は「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」を行う。
3　手術用顕微鏡の添付文書に従って、手術用顕微鏡を準備する。
4　手術用顕微鏡の対物レンズ部分に、本品を装着する。
5　使用後は消毒し、中性洗剤を用いて手で洗浄する。
6　次回の使用に備えて滅菌処理する。

【使用上の注意】

■重要な注意

・滅菌前の洗浄は中性洗剤で手洗いすること。
・ガラス面に傷をつけないように洗浄すること。
・手術の前には必ず動作確認をして異常がないことを確認すること。
・脱着可能部分は確実に固定されていることを確認すること。
・操作の際は、常に患者（患部）を監視し、患者に対して無理な力がかからないようにすること。
・装置に異常が見つかった場合は使用を中止し、販売元へ連絡すること。

■不具合・有害事象

不具合 動作不良、故障

【保管方法及び有効期間等】

■使用条件

** 温度：15℃～30℃
** 湿度：30%～75%

■保管条件

** 温度：5℃～40℃
** 相対湿度：10%～92%（結露無きこと）

・ほこりが少ない室内で保管すること。
・使用後は消毒し、中性洗剤で洗浄してから乾燥させ る。
・次回の使用に備えて滅菌処理をして保管する。

■耐用期間

6 年間（自己認証 当社データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：三鷹光器株式会社
〒181-0014　東京都三鷹市野崎1-18-8
TEL：0422-49-1491　FAX：0422-49-1117

製造業者：三鷹光器株式会社
〒181-0014　東京都三鷹市野崎1-18-8
TEL：0422-49-1491　FAX：0422-49-1117