2020 年 8 月 18 日作成（初版）　　届出番号 13B2X10375000009

機械器具 71　視力補正用眼鏡

一般医療機器　眼鏡　35065000（ＪＭＤＮコード）

【　ＵｎｉＭｅｄユニメッド　】

【禁忌・禁止】

・眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないでください。[本製品はリーディング用（老眼鏡）であり、歩行時および運転時に安全性が確保できない可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品の形状・構造

眼鏡レンズ１組と眼鏡フレームから構成されます。

2. 眼鏡レンズの形状・構造

設計：非球面

素材：屈折力プラスチックレンズ

形状：凸の半球形レンズ

機能：視力補正用単焦点レンズで、ハード及び反射防止コーティングされたレンズ

度数：S+1.00/S+4.00

3. 眼鏡フレームの形状・構造

枠全体がプラスチック又は金属で構成され、フレーム形状は､4 型(メタルフレーム・アセテートフレーム・TR90 フレーム・メタルナイロールフレーム)

4. 本製品の原理

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正します。

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ１組と眼鏡フレームからなる器具。視力を補正する効果があります。

【使用方法等】

フレームのテンプルを両手で持って、顔の幅に合わせてかけ、耳の後ろと鼻にフィットしているか確認する。はずす時は両手でフレームのテンプルを持ち、まっすぐ引き出す。

【使用上の注意】

・この眼鏡は手元の文字などを見やすくする為の、視力補正用眼鏡（老眼鏡）です。運転や歩行時は必ず外して下さい。
・レンズの見え方に慣れるまで長時間の使用は避けて下さい。
・肌に合わない時は使用を中止して医師に相談下さい。
・高温の場所での使用・保管はしないで下さい。
・通常使用での有害な紫外線を防ぐことはできますが、溶接などの遮光レンズとして使用しないで下さい。
・強い衝撃から顔や目を保護するものではありません。
・硬いものとの接触は避けて下さい。
・レンズに傷が付かないように、ソフトケースに入れて保管して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管して下さい。（高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管して下さい。）

【保守・点検に係る事項】

・丁番ねじがゆるんだときは、＋ドライバーでしめてください。
・ゴミ・ホコリ等、汚れが付着したときは、中性洗剤を薄めた液に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布で軽く拭いてください。
・ゴミやホコリが付着したときは、まず水洗いしてから拭いてください。カラ拭きはキズの原因になるのでしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

名称：株式会社ユニメッド

住所：東京都葛飾区西新小岩四丁目３８番１号

電話番号：03-6802-9754

製造業者

名称：Beijing Union Ophthalmic Device Technology Service Co. Ltd

取扱説明書を必ずご参照ください。