2022年1月（第1版）　　製造届出番号：13B2X10479302004

医療用品(05)　副木

一般医療機器　手・指用副木　JMDN コード：16210000

腱鞘炎サポーター　ME-041

【禁忌・禁止】

・高温な物には近づけないでください。

・化膿・裂傷のある部位には使用しないでください。

・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。

・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

金属製の板で親指から手首までを　覆うように制作され、本体とマジックベルトで構成されている。

2.原理

親指から手首にかけて金属板を添え、本体とマジックベルトで固定することによって、親指の関節及び手首が腱鞘炎や関節炎などの疾患により治療のために部位を固定することによっての症状を緩和し、疾患部位の回復を補助する。

【使用目的又は効果】

親指と手首を固定し、関節の動きを抑えることにより、腱鞘炎、関節炎等からの痛みを緩和しする。

【使用方法等】

手首の固定：

1、マジックバンドを2本とも軽く仮止めし、手と指を通します。

2、仮止めしている手首のバンドを回して止め、固定感を調整します。

親指の固定：

1、仮止めしている手首のバンドを回して止め、固定感を調整します。

2、最後に金属板の位置を赤線の箇所にしっかり合わせます。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【使用上の注意】

1. 最初は１～2時間程度使用し、不快感や痛みがないか確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
2. 血行障害、糖尿病等の方は使用前に医者に相談してください。
3. 使用中や使用後に痛み、発疹、痒み、かぶれ、うっ血等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
4. 本体のお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。その際は、金属板を取り抜き、本体のみを手洗いしてください。
5. 本体が十分に乾いたことを確認してから金属板を差し込み使用してください。
6. 改造はしないでください。
7. 就寝中は使用しないでください。
8. 本来の目的以外での使用は止めてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町１１１

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

取　扱　方　法

１．手首を固定します。

①マジックベルトを２本とも軽く仮止めし、

②仮止めしている手首のバンドを回して止め、

２．親指を固定します。

①仮止めしている親指のバンドを回して止め、
固定感を調整します。

②最後に金属プレートの位置を赤線の箇所に
しっかり合わせます。