2017年8月（第2版　新記載要領に基づく改訂）
2017年5月（第1版）

製造販売届出番号：13B3X00138000059

器12　理学診療用器具
一般医療機器　再使用可能な止血帯　17230000

NARターニケット

【禁忌・禁止】

衣服内の固形物の上へ使用してはいけない。

【形状・構造及び原理等】

製品名	NARターニケット	
型式	CAT	EMS
製品番号	NAR3001	NAR3023
形状		

・　止血帯を巻き上げることにより、
圧力を加え血流を遮断する。

【使用目的又は効果】

・　上肢あるいは下肢に装着し、出血を止める。
・　循環血液の流出を防ぐ。

【使用方法等】

1-A.　ツーハンドオペレーション：
上肢あるいは下肢の出血部から上部 5.0 ～ 7.5cm で
バンドを肌に直接巻き、レッドティップをバックルに
差し込む。

1-B.　ワンハンドオペレーション：
装着前にバンドをバックルに通してループさせる。
それから出血部の四肢をループに挿入させる。
出血部から上部 5.0 ～ 7.5cm で、肌面に直接配置する。

2.　バンドを強くしっかり引く。
次にバンドを創傷部周囲に巻きつけベルクロで
自着させ、固定する。その時バンドがロッドクリップの
上を覆わないようにする。
指先 3 本がバンドと肌の間に指し込めるなら締め直す。

3.　止血するまでロッドを廻す。

4.　ロッドをロッドクリップでロックする。血流とパルスを
チェックする。止血されないかあるいはパルスが
あるときは、更にバンドを強く締める。または、
セカンド C-A-T の追加を考慮する。
（場所はファースト C-A-T のすぐ上）

5.　バンドをクリップの中を通しロッド上部を覆う。
ロッドとバンドをタイムストラップで固定し、
C-A-T 装着時刻を記録する。

【使用上の注意】

・　使用法のトレーニングを受けた隊員あるいは医師の
監視の下で使用する。
・　負傷者を移動する前に巻き上げロッドとバンドが
クリップにしっかり固定されていることを確認する。
・　出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間が
ない場合は、できるだけ腕や脚の上部（付け根の
近く）に、C-A-T を当てる。
（衣服の上からでも構わない。）
衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物が
ないか確認する。
状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血
場所を調べ、出血場所の 5cm ～ 7.6cm 上へ CAT を
当て直す。

【保管方法及び有効期間等】

・　直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL：03-3299-6751　FAX：03-3299-6752
製造業者：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
（アメリカ・サウスカロライナ州）