

【警告】

- 指定の最高許容回転速度（回転数）を越えて使用すると、切削中に破折し、人体を傷つける恐れがあるので、指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。
- タービンメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを必ず確認すること。
- 本品は未滅菌である。使用する前は滅菌してから使用すること。

【禁止】

- 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】

シャンク(軸部)のタイプはフリクショングリップ(FG)とフリクショングリップのショートタイプの2種類がある。(以下参照)



(原材料)

作業部：ダイヤモンド粒子

シャンク：ステンレススチール

【性能・使用目的・効能又は効果】

歯科用ハンドピースに装着し、歯牙/骨等の硬組織を研削する。
金属/プラスチック/陶材および同様の材料の研削に使用する。

【品目仕様等】

FDA（米国食品医薬品局）の規準に対応。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用ハンドピースに完全に装着し、回転させて、断続的に研削物に押し付けて研削する。
適正回転数は以下の通りである。

(45 万回転数以下)

S201, S201R, SSF201, S301, S421S, S421SS, S440, S440S, S440SS, S1201, S1201R, S1301

(30 万回転以下)

S101, S101L, S101R, S102R, SSF102R, S103, S103R, S104, S104R, SSF104R, S105R, S202, S204, SSF204, S211, S212R, S213R, S215, S304, S1102R, S1202, S1204, F2 C

(16 万回転以下)

S117, S148

【使用上の注意】

- ① 本品は滅菌されていない。感染を引き起こす恐れがあるので、使用前にはオートクレーブによる滅菌を行うこと。高温の乾燥は、変色・変質の原因となるので必ず確認すること。
- ② ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを必ず確認すること。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④ 最高回転数を超えて使用しないこと。
- ⑤ タービン使用時は、必ず冷却すること。
- ⑥ 過度の加圧で使用しないこと。
- ⑦ 長期の使用の場合や機能の低下が目立った場合は、使用を中止し、廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。
- ② 汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くならない場所に保管、管理すること。
- ③ 乾燥した場所に保管すること。水分が付着したまま保管しないこと。
- ④ 錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
- ⑤ ヨードグリセリンなどの科学薬品と一緒に収納保管しないこと。
- ⑥ 使用有効期間は特にないが、機能の低下が目立った場合は使用を止めること。

【包装】

1 ケース：6 本入り

【文献請求先】

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：A&M Instruments, Inc. (米国)