医療機器製造販売届出番号：13B3X10179000001

2015 年 5 月 20 日作成（第 1 版）
2021 年 5 月 20 日作成（(第 2 版）

機械器具　51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　　精液注入用子宮カテーテル　　34077000

プレメントシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



内径:2.0㎜　外径:7.0㎜　長さ:60㎜±5㎜
寸法公差:±0.2㎜　硬度:HS=50　±5

各部の名称および成分

名称	成分
カテーテル	シリコーンゴム

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は膣内に挿入し、先端の開口部より精液等を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【品目仕様等】
カテーテルを 2N で引っ張ったとき、シャフトは破断及びき裂を生じない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
   ・本品
   ・シリンジ
2. 本品を開封後、シリンジと正しく接続して下さい。
3. 精子をゆっくりと吸引して下さい。
4. カテーテル先端を膣内まで挿入して下さい。
5. 精子をゆっくりと注入して下さい。
6. 精子の注入後、本品をゆっくりと抜去して下さい。

【使用上の注意】

1. 開封は使用直前に行うこと。
2. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用に際して不安がある方は、ご使用前に専門医に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】
1 本／袋 1 個　(個別包装)

＊【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社　オンリースタイル
〒165-0031　東京都中野区上鷺宮 3-16-9 オーエスビル 2F
TEL03-4455-7426　FAX 03-4579-0665
MAIL:info@onlystyle.jp