

機械器具 48 注射筒

一般医療機器 家庭用精液注入用シリンジ 64137001

プレメントシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



内径:2.0mm 外径:7.0mm 長さ:60mm±5mm
寸法公差:±0.2mm 硬度:HS=50 ±5

各部の名称および成分

名称	成分
カテーテル	シリコンゴム

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は膣内に挿入し、先端の開口部より精液等を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【品目仕様等】

カテーテルを 2N で引っ張ったとき、シャフトは破断及びき裂を生じない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
 - ・本品
 - ・シリンジ
2. 本品を開封後、シリンジと正しく接続して下さい。
3. 精子をゆっくりと吸引して下さい。
4. カテーテル先端を膣内まで挿入して下さい。
5. 精子をゆっくりと注入して下さい。
6. 精子の注入後、本品をゆっくりと抜去して下さい。

【使用上の注意】

1. 開封は使用直前に行うこと。
2. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用に際して不安がある方は、ご使用前に専門医に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 本／袋 1 個（個別包装）

* 【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社 オンリースタイル
〒165-0031 東京都中野区上鷺宮 3-16-9 オーエスビル 2F
TEL03-4455-7426 FAX 03-4579-0665
MAIL:info@onlystyle.jp