2024年8月2日作成（第1版）
2025年8月25日作成（第2版）

医療機器製造販売届出番号：13B3X10179000006

機械器具　48　注射筒

一般医療機器　　家庭用精液注入用シリンジ　64137001

再使用禁止

プレメントシリンジ リング

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



長さ：128mm±0,5mm

各部の名称および成分

名称	成分
カテーテル	・エラストマー（表面） ・ポリエチレン（内部）
プランジャー	ポリプロピレン
0リング	エラストマー

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は膣内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
   ・本品
   ・プレメント採精シート mini
   ・プレメント採精シート mini 固定具
2. 本品を開封後、プレメント採精シート mini に採取した精液をカテーテル先端の開口部からシリンジ のプランジャーを引いてゆっくり吸引して下さい。
3. 本品を膣内に挿入して下さい。
4. 精液をゆっくりと注入して下さい。
5. 精液の注入後、本品をゆっくりと抜去して下さい。

【使用上の注意】

1. 開封は使用直前に行うこと。
2. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用に際して不安がある方は、ご使用前に専門医に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

1. 貯蔵・保管方法
水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】
1本／袋1個　（個別包装）

【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社　オンリースタイル
〒165-0031　東京都中野区上鷺宮3-16-9 オーエスビル
TEL03-4455-7426　FAX 03-4586-6331
MAIL:customer-info@onlystyle.jp