はさみ 歯肉用

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、作業部（刃部）及び把持部からなる。

**【種類】

作業部と把持部の形状により、以下の種類がある。
品番一覧

アイリス	S18	S17
カストロビージョ	S31	
クインビー	S8	
ケリー	S1 S1L S2 S2L	
コーテリーニ	SCORT	
ゴールドマンフォックス	S16	
サリバン	S15	
ジョセフ	SJC SJS	
スーパーカット アイリス	S18SC S17SC	
スーパーカット コーテリーニ	SCORTSC	
スーパーカット ゴールドマンフォックス	S16SC	
スーパーカット ヒューフレディ	S10SC	
スーパーカット ラグランジュ	S14SC	
ストラビスマス	S40	
ディーン	S9	
パーマシャープ アイリス	S5083 S5082	
パーマシャープ ケリー	S5001 S5002	
パーマシャープ ゴールドマンフォックス	S5081 S5080	
パーマシャープ ディーン	S5009	
パーマシャープ メッツェンバウム	S5054 S5055 S5056 S5057 S5069	
パーマシャープ ロックリン	S5011 S5012	
ヒューフレディ	S10	
ブラックライン スーパーカットアイリス	S18SCX S17SCX	
ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス	S16SCX S20SCX	
ブラックライン スーパーカット マイクロ カストロビージョ	SPVX	
ブラックライン スーパーカット メッツェンバウム	S19SCX	
ブラックライン スーパーカット ラグランジュ	S14SCX	
マイクロ カストロビージョ	SPV STMBH	
マイクロ カストロビージョ スイスペリオ	SPSPV SPSPV45	
メイヨー	S3 S4	
メッツェンバウムベビィ	SMB	
ラグランジュ	S14	
ロックリン	S11 S12	
ワグナー	S5 S6 S7	

【使用目的又は効果】

歯科手術に用いる歯科用歯肉はさみである。

【使用方法等】

把持部を手を持ち、2枚の刃で、歯肉を切断します。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 破折の原因となる過度の加圧での使用は避けること。
- (4) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (5) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (6) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (7) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコウム、塩化ベンゼトニウム、ホビトヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸コハルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・2枚の刃を開いた状態で、滅菌を行うこと。〔閉じた状態だと、蝶番の都分の滅菌が不十分になるおそれがある。〕
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)