**2017年8月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）
*2013年1月7日改訂（第3版）
医療機器承認番号：15500BZZ01360000

機械器具　51　医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器　排液用チューブ　14191102

シラスコン®〈ラジオペーク〉医療用チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 使用方法
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

カタログ番号	内径－外径（mm）	タイプ
100－3R	2.5－4.0	SHR
100－4R	4.0－5.5	SHR
100－5R	5.0－7.0	SHR
100－6R	6.0－8.0	SHR
100－7R	7.0－9.5	SHR
100－8R	8.0－11.0	SHR
100－9R	8.0－12.0	SHR
100－10R	10.0－14.0	SHR

2. 材質
シリコーンゴム

【使用目的又は効果】
腔、創傷又は感染部位から浸出液又は膿状物質の除去に用いる。

【使用方法等】
1. 使用目的に合わせチューブを適当な長さに切る。
2. 使用前に必ず洗浄し、高圧蒸気滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌を行なう。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1. 長さ調節（切断）以外はチューブを加工しないこと。
2. 日本薬局方の条件に基づいて滅菌を行なうこと。

【使用上の注意】
［相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）］
併用注意（併用に注意すること）
1. 本品は、水溶性物質に影響を受けることはないが、エーテル、クロロホルム、ベンゼン、キシレン等の溶剤によって膨潤するので注意すること。
2. 本品は、弱酸や弱塩基に対して著しく変化はしないが、濃酸や濃塩基によっては劣化し破壊に至るので注意すること。

** ［不具合・有害事象］
本品の使用に伴い、以下の不具合が発生する可能性がある。
1. 重大な不具合
・チューブの切断
・チューブの閉塞
・チューブの抜去困難

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。
1. 重大な有害事象
・組織・血管の損傷
・破断片の体内遺残
・挿入部位からの感染

【保管方法及び有効期間等】
［保管の条件］
1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 開封後の未使用のチューブは再密封して保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売元］
名　　称：株式会社カネカ
電話番号：06-6226-5256

［販売元の氏名又は名称等］
名　　称：株式会社カネカメディックス