

エルコスティック

【禁忌・禁止】

・本品に用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

* 1) 形状

本品の形状は、円柱状である。

型番	直径(mm) (± 1.0 mm)	長さ(mm) ($\pm 10\%$)
177005	10.5	100

2) 原理

マウスピースやナイトガードとして上顎と下顎に分離されている形成品を、本品に加熱軟化処理等を行い、上下顎一体のものに接合するため等に用いる。

原材料

エチレン ビニル アセテート(EVA) (規格 JIS K 6924-1:2006)

【使用目的又は効果】

スプリント、トレー、ポジショナー、ナイトガード、マウスピース等を作製するために用いる。

【使用方法等】

<使用中の操作>

1) 軟化

フュージングガンの取扱い方法にしたがって、本品を装填した後、加熱、軟化する。

2) 盛り上げと接合

フュージングガンの取扱い方法にしたがって必要な部分に盛り上げ、軟化状態のうちに当該部分を接合させる。また、盛り上げ、接合部分が油脂分等で汚染されていると接合効果が薄れるので、充分清掃するかカーバイトバー等で表面を一層削り落とすこと。

3) 研磨

充分冷えたことを確認して、カーバイトバー等で形態を整え、歯科用研磨器材で研磨する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- 1) 本品の作業設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、作業により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 3) 本品の研磨作業などの際には、粉塵等から目を保護する為、保護メガネ等を着用すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品に用いられた原材料成分又は類似成分のものに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- 3) 使用方法、注意事項を患者に説明し、不具合が生じた場合はただちに調整もしくは製作しなおすこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- * 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、35℃以下で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

<使用期限>

- 1) 本品は、包装に記載の※使用期限までに使用すること。[記載の使用期限は製造元データによる。]
※ (例 04.2007: 2007 年 4 月を示す。)

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

<製造業者>

ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名: ドイツ