**2021年8月改訂（第5版）
*2019年8月改訂（第4版）

届出番号：17B2X10001000067

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー　JMDNコード：16350000

メッシュトレーAA

**【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造

外観は下記のとおり。

上顎用	下顎用	前歯用 上顎
前歯用 下顎	片顎　左上・右下	片顎　右上・左下
回転		

上顎用	LL	下顎用	LL
	L		L
	M		M
	S		S
前歯用	上顎	片顎用	左右
	下顎		左上・右下
回転	－		右上・左下

2.原材料

真鍮（ニッケルメッキ）

3.包装

上顎用・下顎用：LL、L、M、S　1個 / 包
前歯用　　：1個 / 包
片顎用　　：左右セット　各1個 / 包
　　左上・右下　2個/包
　　右上・左下　2個/包
回転　　：3個 / 包

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

[使用方法]

1.使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む132℃以下厳守）
2.本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接する。
3.印象材の硬化後、口腔内から取り出す。
4.使用後は必ず洗浄、滅菌を行うこと。

**【使用上の注意】

1.劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2.本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。
3.本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
4.器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
2.「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3.保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2.使用前または使用後に、下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
1)薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書の使用指示に従ってください。
2)滅菌の際、次の薬剤は金属腐食の原因になる恐れがありますので、使用しないでください。
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン
3)洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
4)洗浄・消毒・滅菌は、水分を除去し、十分乾燥させてから 保管してください。水分が付着していると、サビやシミなどの原因になることがあります。
5)洗浄後、洗剤が残らないように十分すすいでください。
6)「もらいサビ」を防ぐために、錆びている器具と一緒に滅菌等を行わないでください。
7)磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けてください。
8)洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。（金属を腐食させることがある）
9)トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。トレークリーナーによっては、黒ずんだり、本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの（一晩や一昼夜等）は使用しないこと。
10)強アルカリ、強酸性の洗浄液および超酸化水（超酸性水）は本品を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
11)塩素系および、ヨウ素系消毒剤は腐食の原因となるので、使用中に付着した場合は、できるだけ早めに洗浄を行う。
12)加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)使用時は乾燥工程を含む132℃以下で行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam’s Aid Corporation
（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン