2018 年 1 月改訂（第 4 版）　　届出番号：17B2X10001000084
*2017 年 9 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器　歯鏡　JMDN コード：31776000

ミラートップ AA

【禁忌･禁止】
1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造等
下記の通り

型名	鏡サイズ（φ）
No. 3　プレーン	19 mm
No. 4　プレーン	21 mm
No. 4　ロジウムコーティング	21 mm
No. 4　拡大鏡	21 mm
No. 5　プレーン	23 mm
No. 5　ロジウムコーティング	23 mm
No. 5　拡大鏡	23 mm

2. 原材料
柄部：ステンレススチール
作業部：歯鏡用ガラス

3. 包装
プレーン：20 個　/　包
ロジウムコーティングタイプ：12 個　/　包
拡大鏡：12 個 / 包

【使用目的又は効果】
口腔内の状態を検査・観察するために使用する。

***【使用方法等】**
1)使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
2)本品を専用のミラーホルダーに装着する。
3)口腔内を観察・検査する。

***【使用上の注意】**
1)使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2)器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3)素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食(錆び)することがある。
4)洗浄・滅菌上の注意
［洗浄］
・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがある　ので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）
［滅菌］
・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
［その他］
・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】
1)粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
2)「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3)保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】
使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１−９−１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam’s Aid Corporation
（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン