

PH撮影用ミラー

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 超音波洗浄は行わないこと。
4. 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

MZP511/チタンコート	MZP521/チタンコート
MZP512/クロムコート	MZP522/クロムコート
MZP531/チタンコート	MZP561/チタンコート
MZP532/クロムコート	MZP562/クロムコート
MZP541/チタンコート	MZP551/チタンコート
MZP542/クロムコート	MZP552/クロムコート

（単位：cm）

2. 原材料

チタンコートタイプ
本体：ガラス
表面処理部：チタン

クロムコートタイプ
本体：ガラス
表面処理部：クロム

3. 包装

1枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みかどうか確認する（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) 撮影部位により適切な鏡を選択する。
- 3) 口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させて撮影する。

【使用上の注意】

- 1) 過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折することがある。
- 2) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、傷）等があるものは使用しないこと。
- 4) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 5) 洗浄・滅菌上の注意

【洗浄】

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ※超音波洗浄は傷の原因となることがあるので行わないこと。

【滅菌】

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 135℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥により、鏡面が曇る、器具が変質・変形又は変色することがある。
- ※オートクレーブ処理をする際は、傷、損傷を防ぐため、やわらかい布、もしくはガーゼで包むこと。

【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：PRODONT-HOLLIGER S. A. S（プロドント社）
製造国：フランス