*2017年6月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）
2011年7月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001000269

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー　JMDNコード：16350000

Ｃｉ樹脂コート無歯顎トレー

＊【禁忌･禁止】
1)劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2)器具の形態変更や改造などはしないこと。

＊【形状、構造及び原理等】
1.形状・構造
下記の通り

上顎用

下顎用



	サイズ	アーチ幅（a）	奥行（b）	カラー
上顎用	L	73	60	ブルー
上顎用	M	72	57	レッド
上顎用	S	71	54	グリーン
下顎用	L	77	60	ブルー
下顎用	M	76	55	レッド
下顎用	S	76	52	グリーン

（単位：mm）

2.原材料
スチール等

3.包装
1個 / 包

【使用目的又は効果】
印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】
1)患者の口腔サイズに合ったトレーを選択します。
2)本品に印象材を盛り、印象を採得する歯茎に圧接します。
3)印象材の硬化後、口腔内から取り出し、歯科用石膏を用いて印象から模型を作成します。

＊【使用上の注意】
1)使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2)器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3)洗浄・滅菌上の注意
［洗浄］
・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）
［滅菌］
・オートクレーブ滅菌不可。
［その他］
・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

＊【保管方法及び有効期間等】
1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3)保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】
使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800