

医療用品（03）手術用手袋及び指サック

一般医療機器 歯科用手袋 JMDN コード：70911000

再使用禁止

C i メディカルグローブ

****【禁忌・禁止】**

- 1) 再使用禁止。
- 2) 天然ゴムによるアレルギー症状の既往歴がある医療関係者は使用しないこと。
- 3) 天然ゴムによるアレルギー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造
外観下記のとおり



- ・サイズ：SS、S、M、L
- ・タイプ：滅菌済み、パウダーフリー

2. 原材料
天然ゴム

3. 包装
50 双（100 枚） / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科の診察、治療及び処置に用いる。

【使用方法等】

歯科の診察、治療及び処置の際、手に装着して使用する。

***【使用上の注意】**

- 1) この製品は天然ゴムを素材にしている。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 2) 天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に際して注意すること。
- 3) 本品は、歯科用ディスポーザブル手袋のため、再使用はしないこと。
- 4) シリコン系の印象材の中には、手袋に触れると硬化が遅れるものがあるので、使用前に正常に硬化することを確認すること。
- 5) 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用を避けること。
- 6) 薬品（モノマー、溶剤、油脂など）によっては、本品が膨張したり、薬品が浸透したりする場合があるので、使用に際しては十分な注意をすること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

本品に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN. BHD.
（ウェアセーフ（マレーシア）社）
製造国：マレーシア