2017 年 4 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）
2014 年 3 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000700

歯科材料（07）歯科用ワックス

一般医療機器　歯科用キャスティングワックス　JMDN コード：16189000

ＣＡＤ・ＣＡＭワックスディスク

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

融点：106℃

厚み	直径
14㎜	98.5㎜
18㎜	
20㎜	
26㎜	
30㎜	

2. 原材料
パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
色素、他

3. 包装
各 1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭ機専用に用いるワックスで固定式補綴修復物のろう型作製用に用いる。

【使用方法等】

1)本品をミリングマシーンにセットする。
2)ミリングマシーンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鋳型用ろう型を製作する。(操作はミリングマシーンのマニュアルに準ずる)
3)製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん酸塩系）で埋没し、リングファーネスで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

1)本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
2)クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。(またパターン同士の間隔は十分に取ること)

【保管方法及び有効期間等】

1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
3)本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
4)使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Huge Dental Material Co.,Ltd.
（ヒュージ デンタル マテリアル社）
製造国：中華人民共和国