2016 年 7 月 改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）
2014 年 4 月 作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001000727

機械器具（55）医療用洗浄器

一般医療機器　手動式生体用洗浄器　JMDN コード：34630000

再使用禁止

Ｃｉ　ディスポシリンジ　ロックタイプ

【禁忌･禁止】
1. 再使用禁止
2. 本来の目的以外には使用しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記外観写真の通り

製品コード	容量
DLL0030	3mL
DLL0060	6mL

2. 包装
各 100 本 / 袋

3. 原材料
ポリプロピレン

【使用目的又は効果】
歯科領域において､適用する液体を噴出する手動式シリンジで、衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。

【使用方法等】
［使用方法］
1) プランジャーを押し、外筒内部から空気を完全に押し出す。
2) 別売の洗浄針を使用する場合には、外筒に確実に接合し、使用する。
3) プランジャーを引き、適用する液体を吸引する。
4) プランジャーを押し、適用部位に液体を排出させる。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1) 別売の洗浄針等を使用する際は、接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。過度な締め付けはしないこと。
2) 接合部に適用する液体等を付着させないこと。(接合部の緩み等を引き起こす可能性がある)
3) 内部に空気が入らないように注意して適用する液体を吸引し、軽くプランジャーを押して液体の排出を確認してから使用すること。
4) 使用中は、強い圧が加わらないよう、ゆっくりプランジャーを押し、液体を排出させること。
5) 樹脂溶解性の強い有機溶剤（クロロホルム等）の使用は避けること。

【使用上の注意】
1) 本品は記載の用途目的以外には使用しないこと。
2) 包装が破損しているものや汚れているもの、製品に破損等異常が認められるものは使用しないこと。
3) 改造等を行い、形態を変更させて使用しないこと。
4) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び液体の漏れ等について、定期的に確認すること。
5) 適用する液体等を誤って漏出させ、適用部以外に付着させたり、目に入れないように注意すること。
6) 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
7) オートクレーブ滅菌不可。

【保管方法及び有効期間等】
・直射日光を避け、涼しい場所で保管すること。
・殺菌灯(紫外線ランプ)を点灯したキャビネット等に保管しないこと。(本品が劣化する恐れがあるため。)
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管･管理すること。

【保守･点検に関わる事項】
使用前に破損(割れ、ひび等)及び変形等の異常がないことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800