*2017年10月改訂（第2版）
2015年7月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001000873

歯科材料（06）歯科用印象材料

一般医療機器　歯肉圧排材料　JMDNコード：70882000

再使用禁止

ジンジマスター

【禁忌･禁止】
1. 再使用禁止。
2. 本品の成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症を有する患者には使用しないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造
下記の通り

2. 原材料
カオリン、精製水、塩化アルミニウム他

3. 包装
1.5g×10本 / 箱

［別売品］
ジンジバルインジェクター
インジェクションチップ

【使用目的又は効果】
支台歯形成、印象採得などの際に、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法等】
［使用方法］
1. 準備
1)本品のキャップをはずし<図1>、本品にインジェクションチップ(別売)をしっかりと取り付けた後、ジンジバルインジェクター(別売)に装着する。<図2>

<図1>

<図2>

2)使用前に必ず、口腔外で試し出しをすること。
必要であればインジェクションチップを曲げる。

2. 歯肉圧排
1)使用部位を洗浄し、軽く乾かす。
2)インジェクションチップ先端を歯肉に密着させ、ペーストをゆっくりと歯肉溝に注入させる。
3)注入後、1～2分程そのままの状態にしておく。

3. 除去
1)圧排完了後、水、スプレーとバキュームを併用してペーストを完全に除去する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1)各包装開封後は直ちに使用すること。
2)キャップの取外しは使用直前に行うこと。
3)組織に炎症等の障害を与えないように、長時間ペーストを適用したままにしないこと。
4)患者がペーストを飲み込まないように注意すること。
5)深い歯肉溝(歯周ポケット)には注入しないこと。
6)ペーストが口腔内に残留しないよう、しっかりと洗浄し、確認を行うこと。

【使用上の注意】
1)医療従事者は保護めがねなどを着用すること。万一、目に入った場合は直ちに、大量の流水で十分に洗浄し、専門医(眼科医)の診察を受けること。
2)使用後は、カートリッジをバレルから外し、キャップを必ずカートリッジに被せること。
3)本品のペーストは金属を腐食させるため、インスツルメントをに付着したペーストはすぐに洗い流すこと。

***【保管方法及び有効期間等】**
1)25℃以下で保管すること。(冷蔵庫に入れないこと)
2)直射日光の当たらない粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
3)保管中、損傷しないように注意すること。

［使用期限］
容器に記載されている使用期限（製造日より2年）までに使用すること。
（※例 20YY.MMは、使用期限20YY年MM月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800