

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 JMDN コード：38790000

V ミキサー

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 仕様

[本体]

- ・リチウムイオン充電電池
DC7.2V、2500mAh

[AC アダプター]

- ・定格電圧 AC100～240V
- ・周波数 50/60Hz
- ・出力電圧 DC12V
- ・消費電流 1A

3. 包装

本体+付属品(スタンド、AC アダプター)／箱

[別売]

VM ミキシングチップ、VM コネクター

【使用目的又は効果】

本品は使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

*【使用方法】

※使用前に取扱説明書をよく読むこと。

1. フル充電になるよう充電を行う。
2. 取扱説明書に従って、印象材カートリッジを本品に装着する。
3. VM ミキシングチップ[別売]を取り付ける。
4. スタート／ストップボタンを押したまま、必要な量の印象材を吐出させる。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 室温 18～24℃で使用することを推奨する。
2. カートリッジの残量が少量になると警告音が鳴るため、カートリッジを交換すること。
3. ミキシングチップ内で印象材が硬化した後に本品を操作しないこと。本品及び専用カートリッジの破損の原因になる場合がある。
4. 使用後、30 秒以上使用しなかった場合は印象剤が固まってしまうため、新しいミキシングチップを使用すること。

*【使用上の注意】

1. 使用前には必ず始業点検をすること。
2. 溶解剤や可燃性液体と強力な熱源から遠ざけて、水のかからない場所に設置すること。
3. アダプターは専用のものを使用すること。
4. 研磨剤や、溶解材を使用しないこと。
5. アルコールや消毒薬を使用可能する場合は直接本体に吹きかけず、タオルに吹きかけてから使用すること。このとき電気のユニットには決して消毒薬が入らないようにすること。
6. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間】

1. 本品は、直射日光や他の熱源及び多湿を避けた場所で保管すること。
2. 気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：FONG YU PRECISION CO., LTD
製造国：台湾

製造業者：SPIDENT CO., Ltd.
製造国：大韓民国