歯科材料(09)歯科用研削材料 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDNコード:70903000

ダイヤセラファイン

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造 外観写真は下記の通り HP 用



色調	タイプ
グレー	EF (つや出し)
ピンク	F (仕上げ)
ブルー	M (中仕上げ)

2. 原材料

軸部:ステンレススチール 作業部:シリコン樹脂

3. 包装

各1本 / ケース

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用 研磨材である。

【使用方法等】

[使用方法]

1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。

2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等の研削を行う。

※推奨回転数:5,000~8,000 rpm※最大回転数:10,000 rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形 (錆、表面キズ、曲がり、汚染) 等のあるものは 使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度 の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、 破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性 があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒー ティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わない こと。

届出番号: 17B2X10001001154

2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2.「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 歯愛メディカル

住所:石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号:076-278-8800

製造業者: acurata GmbH & Co. KG (アキュラタ社)

製造国:ドイツ