

## 機械器具(25) 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDNコード: 31776000

## ミラーホルダー 角柄 AA

## 【禁忌・禁止】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 2) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記のとおり



全長 130mm

2. 原材料  
ステンレススチール
3. 包装  
5本 / 包

## 【使用目的又は効果】

本品は口腔内で歯等を見る為の鏡を保持するために用いる。

## 【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。  
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む121℃以下厳守。)
- 2) 鏡と確実に接合させ、これを把持して使用する。

## 【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意  
[洗浄]
  - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
  - ※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
  - ※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
  - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。  
[滅菌]
  - ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む121℃以下厳守】
  - ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。  
[その他]
  - ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。

- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

## 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Adam's Aid Corporation (アダムスエイド社)  
製造国: パキスタン