

Tru ASC キット

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



【構成】

- ・ラチェットドライバー（ミディアム、ロング）
- ・ハンドドライバー（ミディアム、ロング）
- ・トルクレンチ

【別売品】

専用スクリュー

3. 原材料

ステンレススチール

4. 包装

1 セット / ケース

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる手動式の器具である。

【使用方法等】

【使用前の準備】

ASC アバットメントスクリューを使ったインプラント上部構造のセット時に使用することを事前に確認すること。

【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みか確認する。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 132℃以下厳守）
- 2) 適当な器具を選択し、スクリューを締結する
※推奨使用トルク：20～25Ncm

*【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 2) 他社製品と併用しないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 5) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。
- 6) 25Ncm のトルクで 30 回以上連続使用する場合、器具の形態変更の恐れがあるため行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌について

【洗浄】

- ・手術時の間、使用済みの器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておくこと。
- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 132℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：TruAbutment, Inc. （トゥルーアバットメント社）

製造国：アメリカ合衆国