歯科材料（09）　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　JMDN コード：70903000

ＥＶＥ　クロムプラス

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
外観写真は以下の通り

CRP-R22

CRP-LS22

CRP-C6

製品コード	タイプ
CRP-R22m X10	ミディアム
CRP-LS22m X10	
CRP-C6m X10	
CRP-R22f X10	ファイン
CRP-LS22f X10	
CRP-C6f X10	

2. 原材料
ポリウレタン、炭化ケイ素

3. 包装
10 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品はゴム製の歯科用研磨材で、補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

1）本品をマンドレル（別売）に取り付け、歯科技工用ハンドピースに装着する。
2）試運転をし、振れがないことを確認する。
3）補綴物を研磨する。
※推奨回転数：8,000～15,000rpm
※最大回転数：20,000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]
・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
・損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
・歯科用電気駆動装置等の説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
・安全のために保護眼鏡を使用すること。
・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損や大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：EVE Ernst Vetter GmbH
（イーブ アーンスト ベッター社）
製造国：ドイツ