

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN コード：16195000
（一般医療機器 歯科用マトリックスリテイナ JMDN コード：33204000）

再使用禁止

フリーアングルマトリックス

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品はニッケル及びクロムを含有するため、これらの成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

* 【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
外観写真は以下のとおり
代表例：グリーン



カラー	厚み	幅
グリーン	0.038 mm	6.2 mm
オレンジ	0.025 mm	6.2 mm
パープル	0.038 mm	4.8 mm

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

2. 原材料

バンド部：ステンレススチール
ハンドル部：ポリプロピレン

3. 包装

24 個 / 包

【使用目的又は効果】

ハンドル部によりバンド部を所定の位置に固定し、バンド部により修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込める。

【使用方法等】

- 歯の周囲にバンドが密着するよう、歯牙にセットする。
- ハンドル下部を時計回りにひねりバンドを締める。
- 作業終了後、ハンドル下部を反時計回りにひねり、バンドを緩め取り外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 歯牙ないし、歯列の形態により装着できない場合は無理に使用しないこと。
- バンドを締めすぎないように注意すること。

【使用上の注意】

- 本品は単回使用のため、再使用しないこと。
- 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 使用前に必ず適切な洗浄を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆びにくい金属であるが、使用方法や環境によっては腐食することがある。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。