機械器具（34）医療用刀
一般医療機器　骨刀　JMDN コード：12844000

ボーンスクレーパーAA

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記外観写真の通り



2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

骨切削、骨の成形に用いる。採取した骨は通常移植に用いられる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
2. 先端ブレード部の角度を決め、ハンドル部を回し締めることで、先端ブレード部を固定する。
3. 先端ブレード部を採取する骨にあて、手前に引くことにより表面を削り取る。
4. ブレード部を押し付けて手前にスライドさせ、骨片を取り出す。
5. 採取した骨は、先端のスペースに収納される。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 先端のブレードの取扱いには十分注意すること。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工や改造等を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄・滅菌上の注意
［洗浄］
使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）
［滅菌］
オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
［その他］
・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam’s Aid Corporation（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン