

再使用禁止

PMプロフィーカップ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

CA用

【レギュラー】



【スパイラルショート】



【スパイラルレギュラー】



タイプ：ハード、ソフト

2. 原材料

柄部：真鍮（ニッケルメッキ）

作業部：シリコン

3. 包装

100本 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に歯科用ハンドピースに取り付けて回転させ、研磨材を歯に適用するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 選択した本品を歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
2. 研磨ペーストを必要に応じて本品のブラシに適量塗布する。
3. 本品を歯に軽く押し当てて研磨する。
※最大回転数：7,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
2. 最大回転数を超えて使用しないこと。
3. 使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。）
4. 使用に関しては、本品を歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
5. 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
6. シャンク部（軸部）を確実に最後まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
7. 使用後は、交差感染を防ぐため別の患者には使用せず、必ず廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 本製品に対し発疹などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
3. 本品に適合しない歯科用電気駆動装置等には使用しないこと。
4. 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
5. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること
6. 器具の形態変更や改造等はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、大きなう蝕やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800