

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000

再使用禁止

プロフィーカップ Den

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品に対し発疹などの過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

1) CA 用



カップ

ポイント

2) スクリュー用



カップ

ポイント

2. 原材料

作業部：シリコーン
シャンク部：銅

3. 包装

100 個／包

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 処置部位に応じた本品を選択し、歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
2. 本品に研磨ペーストを適量塗布する。
3. 歯牙表面全体に本品を軽く押し付けて研磨する。
※推奨回転数：5,000～7,000rpm
※最大回転数：15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 使用前に試運転を行い、振れ等がないことを確認すること。
2. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
3. 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、本品を確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
4. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
5. 本品を歯にあてた後に回転させること。歯にあてずに回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
6. 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けさせること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 使用後は必ず破棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地