

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDN35079001

マイクロ鑷子 クロス MAX

【警告】

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、またはその疑いのある患者に本品を使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。【二次感染の恐れがあるため。】

【形状・構造及び原理等】

1. 外観写真

製品の仕様は、外装の表示および製品カタログを参照のこと。



2. 原材料：チタニウム合金

【使用目的又は効果】

本品は、再使用可能なピンセット（鑷子）である。2つのハンドルを有し適度な圧力を加える事で組織等の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に必ず洗浄し、滅菌する。134℃/5 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- ハンドル部を保持し先端部を操作して対象物を把持、操作する。
- 本品は再使用可能である。使用後直ちに洗浄し、滅菌を行う。

【使用上の注意】

- 警告
本品は未滅菌品である。必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。
- 相互作用
〔併用注意〕（併用に注意すること）
電気メス等の電気機器との併用時は、電流路で本品を使用しないこと。また、本品に接触させないこと。〔術者又は患者が感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

- 器具は洗浄して汚れを落とし乾燥してから保管すること。
- 器具に変形や損傷を与えない状態で保管すること。
- 汚れ・錆・腐食・損傷の見られる器具と正常な器具と一緒に保管しないこと。
- 強酸・強アルカリ雰囲気や器具の汚染される恐れのある環境にて保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- 使用前もしくは使用中に外観上の損傷及び動作不良等のない事を確認すること。

- 洗浄・消毒・すすぎに使用する水は、蒸留水・濾過水・脱イオン水等の浄化水を使用すること。
- 清掃・洗浄には、ワイヤーブラシ・金属研磨剤等は絶対に使用しないこと。
- 通常の清掃・洗浄で血液・体液・異物等が完全除去されない場合は、蛋白除去剤等を用いて直ちに再度洗浄を行うこと。特に、先端滑り止め加工部に異物等の残留が無いことを確認すること
- 洗浄・消毒装置使用の際は、器具同士が接触して損傷しない様に注意すること。特に超音波洗浄する際には、先端部が器具もしくは洗浄機に接触して損傷しない様に注意すること。
- 清掃・洗浄処置後は、薬剤の残留の無い様、十分なすすぎをすること。
- すすぎの後は速やかに乾燥すること。
- 滅菌を行う前に、器具が適切に洗浄されていることを確認すること。汚れ・薬剤等が付着した器具を滅菌しないこと。
- 滅菌後は速やかに乾燥させ、適切に保管すること。
- チタン製品は過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌を行うと、性能には影響しないが、器具が変色することがある。オートクレーブによる高圧蒸気滅菌を推奨する。

＜業者による保守点検事項＞

器具の修理に係る事項は製造元に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

株式会社 シャルマン

〒916-8555 福井県鯖江市市川去町 6-1

Tel:0120-180807 Fax:0120-030887