管理番号　20210621028OP-1

2021 年 6月 21日作成 （第1版）　届出番号　18B3X00004AT0028

医療器具 （71） 視力補正用眼鏡

一般医療機器　眼鏡 JMDNコード 35065000

老眼鏡 A28

【禁忌・禁止】
●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
●老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

●眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と眼鏡フレームからなる器具。
●プラスティック製（アクリル樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
●老眼鏡。 レンズ度数 +1.00から +0.5毎 +4.00まで7度数。

	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
種類	メタル 3type	黒 BK	+1.00
		GOLD	+1.50
		SILVER	+2.00
		PINK GOLD	+2.50
			+3.00
			+3.50
			+4.00
	5種	4種	7種

形状 構造

動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】

●眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

●老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

●レンズ傷、フレーム傷, 度数の外観検査 （検眼器、社内基準書に基ずく）

【使用上の注意】

●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
●運転時や歩行時は必ず外す事。
●階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
●落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

●高温多湿の場所には保管しない事。
●直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

●1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者　株式会社エニックス
福井県 福井市 文京6－21－5
☎0776－21－5106

販売元　株式会社エニックス
福井県 福井市 菅谷2－3－14
☎0776－21－4472

管理番号　20210621028OP-2

2021 年 6月 21日作成 （第1版）　届出番号　18B3X00004AT0028

医療器具 （71） 視力補正用眼鏡

一般医療機器　眼鏡 JMDNコード 35065000

老眼鏡 A28

【禁忌・禁止】
●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
●老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】
構成
●眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と眼鏡フレームからなる器具。
●プラスティック製（アクリル樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
●老眼鏡。 レンズ度数 +1.00から +0.5毎 +4.00まで7度数。

	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
種類	プラスティック 2type	黒 BK	+1.00
		茶 BR	+1.50
		赤 RD	+2.00
		ワイン WN	+2.50
		DEMI	+3.00
		白 WH	+3.50
		緑 GRE	+4.00
	2種	7種	7種

形状 構造

動作原理
適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】
●眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】
●老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】
●レンズ傷、フレーム傷，度数の外観検査 （検眼器、社内基準書に基ずく）

【使用上の注意】
●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
●運転時や歩行時は必ず外す事。
●階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
●落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】
●高温多湿の場所には保管しない事。
●直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】
●1pc個装

【主要文献及び文献請求先】
福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者　株式会社エニックス
福井県 福井市 文京6－21－5
☎0776－21－5106

販売元　株式会社エニックス
福井県 福井市 菅谷2－3－14
☎0776－21－4472