

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000 (JMDNコード)

【 LIFE・ライフグラス(老眼鏡) 】

【警告】

- ・強い衝撃を受ける可能性があるときはメガネを使用しないで下さい。[失明に至る場合があるため]

【禁忌・禁止】

- ・本品の分解・改造を行わないこと。[故障、性能劣化や誤動作を引き起こすおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品の形状・構造
眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームから構成される。
2. 眼鏡レンズの形状・構造
形状：球面または非球面
機能：視力補正用単焦点レンズ
差渡し：40～60mm
厚さ：0.8mm～6.0mm
屈折力(D)：+1.0 / +1.5 / +2.0 / +2.5 / +3.0 / +3.5
+4.0
レンズ透過色・特性：クリアレンズまたはブルーライト
カット仕様クリアレンズ
コーティングの識別表示：BLC
眼鏡レンズの透過率：94%
3. 眼鏡フレームの形状・構造
枠全体がプラスチック樹脂またはステンレスで製造された
もので、フロント・テンプル・止めネジ・鼻盛りで構成され
る。
4. 本製品の原理
適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることに
より視力を補正する。

【使用目的又は効果】

本製品は、眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる器具となる。
遠くを見たり近くを見たり、自由にピントを変える力が
衰えることによって起こる老視を補正する効果がある。

【使用方法等】

- ①本製品のフレームのテンプル(つる)部分を両手で持って
フレームを十分に開いてください。
- ②顔の幅に合わせてテンプルをゆっくり耳にかけ、耳のうし
ろと鼻にフィットさせてください。
- ③本製品をはずす時は両手でフレームのテンプルを持ち、ま
っすぐ引き出してください。
- ④本製品をはずした後に机などに置くときはレンズの凸面
を上向きにして置いてください。
- ⑤雨など水に濡れたときは、乾かないうちに水分を拭き取る
ようにしてください。

【使用上の注意】

- ・太陽や強い光を直視しないでください。
- ・運転時や運動時には使用しないでください。
- ・度数があわなくなったレンズやキズが入ったりコートが剥が
れたレンズは、視力が低下したりレンズ表面の乱反射により、
見えにくくなったりしますので直ちに使用を中止して下さ
い。
- ・本製品には、衝撃や溶接作業、レーザー光線、X線などから目
を守る機能は備わっていません。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿及び著しく低温になる場所には保管しないこと。
- ・眼鏡レンズに圧力が掛からないよう保管すること。
- ・紫外線の当たる場所には保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ハグ・オザワ
福井県福井市下河北町第19号8番地1

製造業者

ウェンジョウ イビジョン オプティカル
WENZHOUI VISION OPTICAL CO., LTD
中国
LE-3005



LE-3006



LE-3007



LE-3007G



取扱説明書を必ずご参照ください