

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 高度管理医療機器 大動脈カニューレ 35565100
 (輸液・カテーテル用アクセサリセット 70326009)

体外循環用カニューレ フレックスメイト

(バントプラグ VPKN)

再使用禁止

【警告】

- ・本品の位置を直す場合は、必ず直視下で行うこと。
- ・使用前に本品に血液等の液体をつけないこと。
 [本品に液体がつくとエア抜きができなくなります。]

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリエチレンを使用している。

商品番号

VPKN-3/8, VPKN-1/4



本品は体外循環用カニューレのコネクター接続口に留置させエア抜きを行う。

多孔質体となっており穴よりエアのみを除去させる。
 カニューレを人工心肺回路へ接続する際には本品を取り除く。

【使用目的又は効果】

本品は心臓手術の際に、一時的に使用する人工心肺ディスプレイセットに接続して使用する。具体的には脱血用カニューレは人工心肺回路の脱血用回路に、送血用カニューレは人工心肺回路の送血回路に、順行性冠灌流（アンテプレジア）用カニューレ、逆行性冠灌流（レトロプレジア）用カニューレ及び心筋保護用部品は心筋保護液注入用回路に、経皮挿入用カニューレはPCPS用の血液回路に、その他のカニューレは吸引用や輸液用等の回路に、それぞれ接続して使用することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法の一例

1. 送血カニューレ（コネクターが接続されていない製品に限ります）挿入前に本品をあらかじめしっかりと差し込んでおく。
 [差し込みが浅いと本品が抜ける恐れがあります。]
2. 送血カニューレを動脈に挿入すると同時に本品位置まで血液が満たされます。満たされた後、送血カニューレにチューブ鉗子でクランプを行い本品を外す。[本品を外す際、過度に力を加えると破損することがあります。]

【使用上の注意】

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・本品は体外循環用カニューレのコネクター接続口に留置させエア抜きを行うことを目的としています。よって当該使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品使用時にはACT400秒以上を維持し、血液を十分にヘパリン加すること。

重要な基本的注意

- ・本品の使用は用法を熟知した外科、心臓血管外科、胸部外科及び救命救急部の医師に限ること。
- ・本品及び包装に破損、その他の異常が認められた場合は使用しないこと。

- ・本品は滅菌医療機器であり、滅菌包装の開封は使用直前に行いかつ滅菌包装内の本品の取り出しは清潔域にて行うこと。
- ・本品使用後は血液による汚染を避けるため、十分な措置をとった後に一般廃棄物と区別して処理すること。
- ・本品の内容が目的とする仕様（例えば脱血用、送血用またはその他の使用目的）に合致していることを確認した後、使用すること。
- ・本品の仕様・外観等は改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ・病院内での運搬・保管・操作の不注意によって本品に不具合が生じたと考えられる場合には補償はできません。
- ・不注意による不適切な取扱い、誤使用により発生するあらゆる人的被害については責任を負いかねます。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。

有効期間

- ・本品滅菌袋に貼付されているラベルに記載。「自己認証による。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011