**2022 年 7 月（第 4 版）
*2021 年 6 月（第 3 版）

承認番号:20700BZY01229000

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 歯科用インプラントアバットメント（70910000）

フリアリット2 アバットメント （クラウンベース）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 次の患者には使用しないこと。
（1）口腔又は口腔周辺に悪性と疑われる腫瘍がある患者。
（2）放射線療法を受けている患者。
（3）口腔粘膜に疾患のある患者。
（4）変形性骨炎（多発性神経線維腫、骨粗鬆症等）の患者。
（5）代謝障害（糖尿病、甲状腺機能障害、人工透析等）のある患者。
（6）血液疾患のある患者。
（7）麻薬常用者、薬物乱用者、医薬品などの副作用の既往症がある患者。
（8）一般的外科処置を施行できないと医師が判断した感染症患者及び心身症の患者。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品の形状は下図のとおりである。

クラウンベースのサイズはフリアリット2あるいはザイブインプラントの直径別に 3.4mm、3.8mm、4.5mm、5.5mm と 6.5mm の5種類がある。

材質上部:ポリアセタール、下部:金合金

【使用目的又は効果】
本品はフリアリット2インプラントの上部構造物を作るための鋳造パターンである。MP アバットメントを使用する症例の鋳造パターンとして用いる。MP アバットメントとの接触部分が金合金でできており、高い適合精度が得られる。

［使用目的］
歯科用インプラント材の上部構造体として用いる。

【使用方法等】
1）模型の調整
①インプラントレベルの印象のケースでは、模型上のインプラントアナログの上部に MP アバットメントを装着し支台とする。
②アバットメントレベルの印象のケースでは、模型上の MP インプラントアナログの上部を支台とする。
2）その上に本品を装着し、ワックスアップ・埋没・鋳造は通法とおり行い、ポーセレンを築盛して上部構造物を作製する。
3）フリアリット2あるいはザイブインプラントに MP アバットメントを装着する。または、すでに装着された MP アバットメントに2）で作製した上部構造物を被せ、MP アバットメントに付属のスクリューで固定する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
使用方法3）のスクリューの締め付けはラチェットとトルクドライバーを用いて 24Ncm で行うこと。

【使用上の注意】
［重要な基本的注意］
1. 患者処置履歴管理のために内装ブリスターパックに貼付されている製造番号シールをカルテに貼付すること。
2. 上部構造物装着後の定期的観察については最長でも6ヶ月毎に一度実施し、その際には補綴物やインプラント体自体の動揺、レントゲンでの確認及びインプラント部のプロービングなどを精査すること。
**3. 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
［自己認証による］

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
常温常湿にて、密封状態のまま保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者:デンツプライシロナ株式会社
*製造業者:シロナデンタルシステムズ
（Sirona Dental Systems GmbH）
デンツプライアイエイチエービー
（Dentsply IH AB）
製造国:ドイツ、スウェーデン

**［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
電話番号 0120-461-868

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG049