

医療用品 2 縫合糸
高度管理医療機器 ポリエステル縫合糸 JMDNコード：13906000

テフデック
(スグツール・スグツールシングル)

再使用禁止

【警告】
使用方法
1) 使用部位によっては創傷裂開の危険があるので、使用者は外科的
手法、テクニック及び縫合糸について熟知していること。
2) 適切な品種選択を行い、通常の外科手順に従って使用すること。
3) 使用目的に応じて、糸は十分な長ささと太さのものを選択すること。
4) 汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は、適切な外科的
処置を行うこと。
5) ほかのあらゆる異物の場合と同様、縫合糸が尿管や胆管内の塩類と
長時間接触すると結石が形成されることがあるので注意すること。

【禁忌・禁止】
適用対象（患者）
1) 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
使用方法
1) 本品は非吸収性であるが、生体内では長期の分解が進み、徐々
に抗張力が低下するので、長期に抗張力を必要とする部位には
使用しないこと。
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1) 本品は、組織等の縫合結紮に用いるポリエステル製の滅菌糸である。
2) 糸の主原材料は、ポリエステルである。
3) 糸固有の抗張力により、縫合・結紮・支持する。
4) 構造については、別表1による。

【使用目的又は効果】
本品は、組織等の縫合結紮に用いるポリエステル製の滅菌糸である。

【使用方法等】
一般的な縫合方法等による。

【使用上の注意】
1. 使用注意
1) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある。
2. 重要な基本的注意
1) 医療用の目的以外には使用しないこと。
2) 縫合糸を取り扱う場合、鉗子や持針器などの手術器具で糸を押し
つぶしたり器具に糸を絡めたりして縫合糸を傷つけないこと。
3) 取り扱い時に糸を傷めないよう手袋、ガーゼ等で摩擦しないこと。
4) 外科結び等の適切な方法を用いて結節を行うこと。医師の判断に
より必要に応じて結節回数を追加すること。
5) 縫合糸の各号数における強度規格値を上回る負荷がかかるよう
な部位や手技には使用しないこと。
3. 不具合・有害事象
本品は使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えられる。
1) 高齢者、栄養状態の悪い患者、衰弱した患者、糖、貧血、肥満、
糖尿病、感染等で創傷治癒が遅い患者の縫合不全
2) 全抗張力の経時的漸次消失
3) 創部に一時的な局部過敏状態が惹起されるなど
4) 組織を広範囲にわたり引き寄せなければならないような部位の
縫合において、追加縫合等の適切な処置を施さなかった場合の
縫合不全
5) 肉芽形成、繊維組織増殖、化膿、出血、造瘻
6) 創痛部の感染
7) 異物反応による組織の炎症
8) 縫合部位には、炎症、出血、組織反応、肉芽組織やケロイドの
形成又は組織液の貯留
4. その他の注意
1) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
2) 包装が破損したり、汚染した場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように
取り扱うこと。
3) 製品は改良されることがあるので、先入れ先出しを励行する
こと。
4) 製品に記載してある使用期限を確認し、使用期限を過ぎた
ものは使用しないこと。
5) 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。
2. 有効期間
1) 適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より3年
「自己認証データによる」

【主要文献及び文献請求先】*
主 要 文 献：非吸収性プラスチック製縫合糸基準
* 文献請求先：株式会社 秋山製作所
電話番号 03-3811-0802

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*
* 製造販売元
株式会社 秋山製作所
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-4
電話番号 03-3811-0802
* 製 造 元 株式会社秋山製作所

販売元
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1 笹塚NAビル
フリーダイヤル：0120-01-2226

<別表1>		
号 数	直 径 (mm)	結節張力 (N)
12-0	0.001~0.009	0.01
11-0	0.010~0.019	0.06
10-0	0.020~0.029	0.19
9-0	0.030~0.039	0.42
8-0	0.040~0.049	0.59
7-0	0.050~0.069	1.08
6-0	0.070~0.099	1.96
5-0	0.10 ~0.149	3.92
4-0	0.15 ~0.199	5.88
3-0	0.20 ~0.269	9.41
2-0	0.27 ~0.349	14.1
1-0	0.35 ~0.399	21.2
1	0.40 ~0.499	26.7
2	0.50 ~0.599	34.5
3&4	0.60 ~0.699	47.8
5	0.70 ~0.799	60.4
6	0.80 ~0.899	71.3
7	0.90 ~0.999	88.6