

** 2017年10月改訂（第9版 新記載要領に基づく改訂、他）

* 2015年7月改訂（第8版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル（70320100）**メドコンプブラッドアクセス用カテーテル**

（バイオ・フレックス テシオ カテーテル専用** アーテリアルエクステンション、ビーナスエクステンション）

再使用禁止

【警告】

1. 本品はメドコンプ社製バイオ・フレックス テシオカテーテル**専用の延長チューブであり、他の製品と組み合わせて使用しないこと。
2. 本品とカテーテルの接続は、特に清潔な環境下で無菌操作により行うこと。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 消毒用アルコール、ハイポ液（ヨード系消毒剤使用後に皮膚洗浄用として用いられる消毒・洗浄液）等のアルコール系消毒剤を本品の連結チューブの接合部に接触させないこと。[アルコール系消毒剤を接合部に接触することにより強度が低下し接着部の脱落を起こす可能性があるため。]
3. 本品の材質に影響を及ぼすと考えられる有機溶媒等は使用しないこと。[有機溶媒を使用することにより、本品の形状変化、劣化、切断、剥離が起こる可能性があるため。]

【形状・構造及び原理等】

本品は緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル「バイオ・フレックス テシオカテーテル」**専用のエクステンションアダプターです。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みです。


・構成内容は次の通りです

- ① 延長チューブ、アダプター（*）： ポリウレタン樹脂
- ② 雌型ルアーロック、コンプレッションカラー
： 塩化ビニル樹脂（可塑剤： フタル酸ジオクチル）
- ③ コンプレッションリング： シリコン
- ④ カテーテル接続管： ステンレス鋼（**）
- ⑤ インジェクションキャップ
： ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）（*）、
イソブレンゴム

◎エクステンションアダプター

カタログ番号	説明	備考
MC11A	アーテリアルエクステンション バイオ・フレックス テシオ カテーテル用	赤
MC11V	ビーナスエクステンション バイオ・フレックス テシオ カテーテル用	青
PMC11A	小児用アーテリアルエクステンション	赤
PMC11V	小児用ビーナスエクステンション	青

外観図



アーテリアルエクステンション、ビーナスエクステンション

【使用目的又は効果】（**）

本品は血液透析の際に使用されるブラッドアクセス用のカテーテルである。


【使用方法等】（**）

- (1) 交換するエクステンションアダプターとカテーテルを十分に消毒し、清潔なシーツの上に置きます。
- (2) カテーテル内からヘパリンを抜き、生理食塩液で洗浄します。
- (3) カテーテルクランプ等でカテーテルをクランプします。その時、カテーテルが損傷しないように注意します
- (4) カテーテルのエクステンションアダプターに入る箇所で清潔な剪刀でカテーテルを切断し、エクステンションアダプターを取り外します。
- (5) 交換用エクステンションアダプターを生理食塩液で洗浄します。
- (6) エクステンションアダプターを図1のように分解します



(図1)

- (7) カテーテルをコンプレッションカラーAとコンプレッションリングBに通し、アダプターCのステンレス管部分（**）に差し込みます。



(図2)

- (8) コンプレッションリングBを図3のようにアダプターCに被せます。



(図3)

- (9) コンプレッションカラーAをアダプターCに確実に締め込みます。



(図4)

- (10) カテーテルのクランプを外し、生理食塩液でエクステンションアダプターとカテーテルを洗浄し、ヘパリンを充填します。
- (11) エクステンションアダプターにインジェクションキャップをし、クランプを閉じます。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - (1) 本品または、本品の素材に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないで下さい。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品の雌型ルアーコネクタにはメドコンプ社製インジェクションキャップ MC50 の使用をお薦めします。
 - (2) 本品やカテーテルに圧力を加える場合、45psi (3103hPa) 以上の圧力を加えない様にして下さい。
 - (3) 本品は使用の直前に包装から取り出して下さい。
 - (4) 本品の使用中は本品及び患者に異常がないことを絶えず監視して下さい。
 - (5) 本品の使用中に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で外す等の適切な処置を講じて下さい。
 - (6) 本品の殺菌消毒にはアルコール製剤の外皮用殺菌消毒剤やアセトンを含む溶剤を使用しないで下さい。
 - (7) 本品は使用開始後、6ヶ月以内毎に交換して下さい。
 - (8) エクステンションコネクタに血液回路等を強く入れ過ぎると血液回路等がエクステンションコネクタから外れなくなったり、血液回路等やエクステンションコネクタが破損することがあるので注意して下さい。
 - (9) エクステンションコネクタに血液回路等を取り付ける際や取り外す際に鉗子等の器具を使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】 ^(**)

1. 保管方法
室温下で水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。
2. 有効期間
使用期限は外箱ならびに包装の法定表示ラベルに記載してあります。
(自己認証による) ^(**)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 ^(**)

製造販売業者



電話番号: 076-222-6531

外国製造所

メドコンプ アイエヌシー
(MedComp, Inc)
アメリカ合衆国