【0F-10】
** 2020年 6 月（第6版）
＊ 2016年 6 月（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器承認番号:21500BZY00184000

医療用品4 整形用品
高度管理医療機器 ** 体内固定用ピン（JMDNコード：32854003）

エクスカリバースクリュー(滅菌済)

再使用禁止

＊【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

1. 適切な術後管理を行えないような心理、精神状態の患者や指示を遵守する能力のない患者[体重の負荷もしくは過度の運動により不具合発現の可能性が高まる。]
2. 本品の材質に対するアレルギーのある患者[有害事象が発現するおそれがある。]
3. 敗血症などの全身性感染患者[感染巣の治癒が得られずインプラントの抜去が必要となる場合がある。]
4. 本品適用箇所に感染巣を有する患者[感染巣の治癒が得られずインプラントの抜去が必要となる場合がある。]

〈使用方法〉

1. 再滅菌、再使用禁止[本品の機能低下や感染が生じるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

本品の種類を以下に記載する。本品の製品名、規格等は、カタログ等を参照すること。

カタログ番号	全長(ネジ長)	ネジ径
99-911530	150mm（30mm）	6.0-5.6mm
99-911540	150mm（40mm）	6.0-5.6mm
99-911550	150mm（50mm）	6.0-5.6mm
99-911560	150mm（60mm）	6.0-5.6mm
99-911570	150mm（70mm）	6.0-5.6mm
99-911580	150mm（80mm）	6.0-5.6mm
99-911590	150mm（90mm）	6.0-5.6mm
99-912630	260mm（30mm）	6.0-5.6mm
99-912640	260mm（40mm）	6.0-5.6mm
99-912650	260mm（50mm）	6.0-5.6mm
99-912660	260mm（60mm）	6.0-5.6mm
99-912670	260mm（70mm）	6.0-5.6mm
99-912680	260mm（80mm）	6.0-5.6mm
99-912690	260mm（90mm）	6.0-5.6mm

〈組成〉

ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)

〈作動・動作原理〉

骨折/骨切り部をまたいで骨に挿入した本製品に創外固定器を装着することにより、骨折/骨切り部の固定を得たり、骨延長を行ったりする。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、骨の固定又は骨延長等を目的に創外固定器と併用する。

【使用方法等】

＊〈使用方法〉

1. 使用前の注意事項
   本品は、滅菌品であるため、使用前に製品包装に不正に手が加えられた形跡、あるいは損傷や水分の混入がないか確認すること。開封後は無菌的に操作して速やかに使用すること。
2. 基本的な本品の使用方法
   (エクスカリバー固定器メタ-ダイアフィジアルキットとの組合せ例)

(1) 骨折部の整復を行う。創外固定器を骨折部へ沿わせて、取り付ける位置とスクリュー挿入位置を大まかに決定する。1本目のスクリュー挿入は短い方の骨片、またはスクリュー挿入が最も困難な骨片から行う。軟部組織の厚みに応じたスクリューガイドとトロッカーを骨の中心に、骨軸に対して垂直に設置する。骨皮質に接した状態でスクリューガイドを保持してトロッカーを抜く。必要に応じて、スクリューガイドをハンマーで叩いて、先端を骨皮質へかみ合わせる。



(2) スクリューのネジ山径は骨の直径の 30%未満でなければならないため、本品は骨の直径が20mm以上の場合に使用する。使用するスクリューガイドの長さに適合する 3.2mm径ドリルガイドを選択して、スクリューガイドに挿入する。

(3) 3.2mm径ドリルにドリルストッパーを取り付け、ドリルが骨軸に対して垂直であることを確認し、手前側骨皮質をドリリングする。ドリル先端が対側の骨皮質に達した時点でドリルストッパーをドリルガイドから約 10mm手前の位置で固定する。その後、再びドリリングを行って対側骨皮質を貫通させる。



手術手技書を必ず参照すること

(4) スクリューガイドがずれないように注意して、ドリルとドリルガイドを抜去する。Tレンチにスクリューコネクターエクスカリバースクリュー用を接続し、本品を把持してスクリュー先端が対側の骨皮質を 2mm程度貫通するまで挿入する(ユニバーサル Tレンチ エクスカリバースクリュー用、またはハンドドリル エクスカリバースクリュー用を使用することも可能)。



(5) 1 本目のスクリューを挿入した際に用いたスクリューガイドをそのまま残して、創外固定器を取り付ける。2 本目のスクリューは1本目と反対側のクランプへ同様の手順で挿入する。



(6) スクリューガイドをそのまま残してクランプに必要な本数のスクリューガイドを設置する。各スクリューガイドが平行になるようにクランプロッキングスクリューを確実に締めてスクリューを挿入する。上肢では、1 つのクランプに必要なスクリューは2本である。下肢、骨質が脆弱な場合、肥満患者、不安定骨折に適用する場合、または創外固定器を取り付ける位置が骨から 4cm以上離れている場合には、1 つのクランプに対して 3 本のスクリューを使用することを推奨する。



(7) 一時的にクランプロッキングスクリューを緩めてスクリューガイドを取り外す。術後の浮腫や消毒作業を考慮して創外固定器は皮膚から少なくとも 2cm 離した位置へ取り付けること。創外固定器のボディ部が骨軸と平行になるように調節し、クランプロッキングスクリューを完全に固定する。

(8) 整復位が得られた状態で、カムを締めてボールジョイントを仮固定してから、セントラルボディロッキングナットを締める。最終的に整復位を確認した後、カムをキットに付属のユニバーサルアレンレンチを用いて青いラインのマーカーの 50%以上超えた位置まで増し締めしてボールジョイントを最終的に固定する(トルクレンチは不要)。



(9) 必要に応じて、ボーンスクリューカッターを用いてスクリューシャフト部分を切断することが可能である。



＊〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 本品を使用する際は必ず当社推奨の手術器械を使用すること。また、パワーツール等は含まれていないため、必要に応じて別途用意すること。[〈組み合わせて使用する医療機器〉の項参照]
2. 挿入するスクリューの全長およびねじ径は、患者の骨および軟部組織の形状を考慮して選択すること。なお、本品は骨の直径が 20mm 以上の場合に使用すること。
3. スクリューのネジ長は、骨の直径より 2〜7mm 長いサイズを選択すること。これにより、手前側の骨皮質から出ているネジ部を約 5mm、対側の骨皮質からの先端の突出が約 2mm とすることができる。[スクリューのシャンク部が手前側の骨皮質に挿入されることによる骨の損傷や過度なスクリュー先端の突出が軟部組織を損傷させるおそれがある。]
4. 本品の取り扱いは注意深く行うこと。[キズや窪みが生じると、製品の機械的強度は低下するおそれがある。]
5. 骨折部と近接するスクリューの距離はできるかぎり小さくし(ただし、2cm以上)、この距離を両側で等しくすること。
6. スクリューを挿入する部位の皮膚や筋膜が、スクリューの挿入で引っ張られないように十分に切開を加えること。[固定中の痛みや不快感または筋肉の動きが制限されるおそれがある。]
7. エクスカリバーボーンスクリューを挿入する場合は、3.2mm 径ドリルビットを使用してのプレドリリングを推奨する。(骨幹部などの骨質のよい部位に挿入する場合は、4.8mm 径ドリルビットを使用してプレドリリングすること。)
8. 刃先が摩耗したドリルは使用しないこと。[ドリリング時間の延長やドリリングに力を要することにより、熱による骨や軟部組織への障害が発生するおそれがある。]
9. ドリリングにパワーツールを使用する場合は、回転数を 500-600rpm の範囲に調節すること。[ドリルの回転数が高いと、熱による骨や軟部組織への障害が発生するおそれがある。]

10. 骨が硬く肥厚しているためにドリリングに時間を要する場合は、無理にドリリングを継続せず、適宜ドリルを抜いてドリルに付着した骨屑を除去したり、注水して穿孔部やドリルを冷やしたりする等、慎重にドリリングを行うこと。[無理なドリリングを続けると、熱による骨や軟部組織への障害が発生するおそれがある。]
11. 本品を挿入する際は、パワーツールを使用しないこと。[挿入トルクの増加による本品の折損、発熱による骨や軟部組織への障害、または対側皮質骨の損傷などのおそれがある。]
12. 本品を挿入する際は、過度に速く挿入しないこと。[発熱、挿入トルクの増加によりスクリューが破損するおそれがある。]
13. スクリューは小さい骨片または挿入が困難な骨片から挿入すること。
14. スクリューの挿入中に、骨孔との挿入軸のずれや骨質またはその厚みなどにより過大な抵抗を感じた場合、スクリューを一度抜去し、骨孔を生理食塩水で洗浄してから、正しい経路に沿って再挿入すること。また、必要に応じて、再度ドリリングを行うことも推奨する。[スクリューの挿入を継続するとスクリューが破損するおそれがある。]
15. 骨に挿入したスクリューを逆回転させて挿入長の調整を行わないこと。[先細りのテーパー形状であるため、スクリューを戻すと緩みの原因となる。]
16. スクリューは、スクリューガイドとテンプレートまたは使用するクランプを使用して、並行に挿入すること。
17. 術後の腫脹や清拭を考慮して、固定器と皮膚を十分に離して固定器を装着すること。ただし、固定器と骨の距離が安定性に影響を与えることに留意すること。固定器と骨の距離が4cm 以上になる場合はスクリューを 3 本使用することを推奨する。
18. スクリューをクランプで把持する際に、クランプの端の溝が空くような場合には、スクリューを均等な圧力で締め付けるためにその溝へはスクリューシャフト D6.0mm/L50mm(10-130)を使用すること。
19. 本品を切断する場合は、スクリューを挿入する前かすべてのクランプロッキングスクリューを締めた後に行うこと。[切断する際にかかる負荷が骨に伝わるおそれがある。]
20. 手術中および手術後に、固定器の安定性を確認すること。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

販売名又は名称	承認・届出番号
オーソフィックス創外固定器専用手術器具	22000BZX01569000
オーソフィックス創外固定器	27B1X00116000123
エクスカリバー創外固定器(滅菌済)	27B1X00116000125
オーソフィックス　プリフィックス固定器	27B1X00116000170

【使用上の注意】

＊1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
(1) 骨質が脆弱な患者[骨癒合に必要な十分な固定性が得られないおそれがある。]
(2) 骨が硬く肥厚している患者[ドリリング時の熱による骨や軟部組織への障害やスクリューの挿入トルクの上昇によりスクリューが破損するおそれがある。]
(3) 肥満の患者[固定器やスクリューに過度な負荷がかかり、破損や変形が発生するおそれがある。]
(4) 活動性の高い職業または生活の患者[固定器やスクリューに過度な負荷がかかり、破損や変形が発生するおそれがある。]
(5) 衰弱した患者[体重をサポートする補助具を使用することが困難で、リハビリ時に固定器やスクリューに過度な負荷がかかり、破損や変形が発生するおそれがある。]
(6) 高齢者[「高齢者への適用」の項参照]
(7) 糖尿病などの生活習慣病患者、慢性関節リウマチ、喫煙患者、慢性的なステロイド、抗炎症薬の使用患者[骨形成が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合発現の可能性がある。]
(8) てんかんの患者[医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないことにより不具合発現の可能性が高まるおそれがある。]
(9) 以下の疾患においては、創外固定に習熟した専門的な医師が使用することを臨床上適切と判断した患者にのみ使用すること。
1. 重度の骨粗鬆症患者[十分な骨固定が得られないおそれがある。]
2. HIV 陽性患者[感染が生じるおそれがある。]
3. 重度の糖尿病で管理の不十分な患者[感染が生じるおそれがある。]

＊2. 重要な基本的注意
(1) 本品を使用する患者に対し、固定器の使用方法やメンテナンスやインプラント挿入部位のケアの方法、考えられる不具合(初期症状の持続や再発、固定器の部品や全体の交換のための再手術など)の可能性について書面で十分に説明を行うこと。
(2) 本品の緩み、固定器の状態および骨折部のギャップなどを定期的に観察し、必要に応じて、固定器の調整など必要な措置を講じること。[過度な骨片のギャップを残すと骨硬化が遷延する可能性がある。]
(3) 本品は MRI に適合するように設計されていないことに留意すること。
(4) 本品を、頚椎、胸椎または腰椎の後方要素(椎弓根部) への設置または固定に使用しないこと。[意図した使用方法ではなく、期待する効果が得られないおそれがある。]

＊3. 不具合・有害事象
本品の使用において、患者の状態、骨折部の形態および骨癒合の状態などにより次のような不具合や有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を行うこと。
(1) 重大な不具合
1. 本品の破損、変形、緩み、移動
(2) 重大な有害事象
1. 手術侵襲による血管、神経、腱、骨および軟部組織の損傷
2. 再骨折、遷延治癒、偽関節、矯正損失、骨形成不全、変形癒合
3. 浮腫、腫脹、コンパートメント症候群
4. 深部感染、骨髄炎、化膿性関節炎などの感染症
5. スクリューの材料へのアレルギーまたは組織反応
6. 静脈血栓症、肺塞栓、心筋梗塞、無血管性壊死、血栓性静脈炎、創傷部の血腫、無血管性骨壊死を含む心血管障害
7. 骨量または骨密度の減少
8. スクリュー挿入部周辺の組織壊死
9. 適用部位の骨や周囲組織の穿孔時の熱による障害
10. 成長期における骨端線損傷に伴う成長異常
11. 四肢ディスメトリア
12. 再手術
(3) その他の有害事象
1. スクリューの挿入部の表層感染
2. 骨延長期間中の延長仮骨部の早期癒合
3. 軟部組織の緊張
4. 関節拘縮、脱臼、亜脱臼、可動域制限
5. 痛み、不快、違和感
6. 外科手術によって生じうる術中の大量出血や麻酔に内在する危険性などの合併症を伴う危険性
7. 固定器による皮膚の圧迫
8. 脚長差
9. スクリュー挿入部での骨溶融

4. 高齢者への適用
高齢者は一般に骨量および骨質は十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意すること。
5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
＊(1) 小児患者に本品を使用する際には、成長軟骨帯を損傷しないよう十分注意すること。
(2) レントゲン、透視撮影時のX線照射が体内の子供に影響を与える可能性を十分に考慮すること。

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意
高温多湿及び直射日光等を避けて保管すること。

〈有効期間〉
5年間[自己認証による]
本品のラベルを参照すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
日本メディカルネクスト株式会社
電話番号：06-6222-6606
製造元
オーソフィックス社(イタリア)
Orthofix S.r.l.