

## ERG電極

### \*\*【警告】

- ・本品は、未滅菌品である。使用前には、適切な方法で洗浄・滅菌（あるいはセミクリティカル器具に適した消毒）を行ってから使用すること。〔感染の恐れがあります〕
- ・傷、フレ、金線のはがれのある電極を使用しないこと。〔被検眼を傷つける恐れがあります〕

### 【禁忌・禁止】

- ・次の患者には使用しないこと
  - ・金及び白金（電極）に対するアレルギーのある患者
  - ・レンズ装着が困難な患者
  - ・その他全身的、眼科疾患を伴うこと等を理由として医師が不適当と判断した患者
- ・電極は、長時間の連続装着をしないこと〔角膜に炎症を起こす恐れがあります〕

### 【形状、構造及び原理等】

中心部は透明又は乳白色アクリル樹脂、周辺部は黒色又は透明及び乳白色アクリル樹脂、あるいは全部が透明又は乳白色アクリル樹脂製で、レンズ凹面に金線又は白金線を埋め込みこれを閉電極としたレンズ、及びレンズ周辺部にも金線又は白金線を埋め込みこれを不閉電極とし、共にレンズ凸面に開瞼器を兼ねたパイプを通してリード線と接続されたレンズで、さらに注文により吸引用パイプ及び開瞼器を取り付けた製品。

本品を角膜上に装着し、その上から刺激光を眼球内の網膜へ照射する。これにより発生した網膜電位をレンズ部の電極により得て、リード線、電極用チップを経て網膜電位計へ導出する。

#### \* 1. 構成

- ① レンズ部
- ② 閉電極
- ③ 閉電極用リード線
- ④ 閉電極用チップ
- ⑤ 吸引用パイプ
- ⑥ 不閉電極
- ⑦ 不閉電極用リード線
- ⑧ 不閉電極用チップ
- ⑨ 開瞼器

※閉（不閉）電極用チップは網膜電位計によって形状が複数ある

#### 2. 眼に接触する部分の材質



レンズ部：硬質アクリル樹脂

閉電極：金線(99.9%)または白金線(99.9%)

不閉電極：金線(99.9%)または白金線(99.9%)

#### \* 3. 外観図

主な仕様は別表を参照



### 【使用目的、効能又は効果】

眼の前面に装着して網膜電位を測定する時、電位信号を伝達する。

### 【品目仕様等】

#### 〔性能〕

導体抵抗 10Ω以下

### 【操作方法又は使用方法等】

〔接続可能な網膜電位計等に関する情報〕

- ・メイヨー社製の視覚誘発反応測定装置等
- ・日本光電工業社製の誘発反応測定装置等
- ・トーマコーポレーション社製の網膜電位計等
- ・日本国薬事法で承認あるいは指定認証機関で認証された網膜電位計等のERG測定機器

#### 〔使用方法〕

- ・まず角膜面の表面麻酔を行い、十分に散瞳させた後に消毒し、角膜保護剤を滴下した当電極を角膜上に装着し、脳波用血電極を用いて不閉電極を額又は両頬部に、アースを耳袋により取る。
- ・閉・不閉電極用のチップジャックの接続ならびに記録方法は、各網膜電位機器メーカーの指示に従ってください（以上の方法は、従来より医師が行ってきたERG検査法と同じ）。
- ・装着時にレンズと角膜面に気泡が入った場合、又は、密着不十分でレンズが外れやすい場合は、バキュームパイプによる吸引によりこれを防ぎます。

#### 〔使用後〕

- ・当電極に付着した角膜保護剤、体液等を水道水でよく洗い落としてください。\*
- ・次に、コンタクトレンズクリーナーを含ませた脱脂綿等で汚れを拭き水道水で丁寧にすすぎます。
- ・次回の使用に備え、適切な方法で滅菌を行い（滅菌ができない場合は、可能な限り定められた高水準消毒を行い、）直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。\*

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- ・本品を使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品は、角膜、眼粘膜に接触するセミクリティカル器具に該当するので、使用後は滅菌または適切な消毒を行うこと。\*

- ・使用前に本品が正常に作動するか、また傷等がないか必ず点検を実施すること。正常に作動しなかったり、レンズ部分にカケやワレまたは電極のハズレによる浮き上がり、その他眼に傷害を与える恐れがある場合は使用を中止すること。
- ・使用中に本品及び患者に異常が認められた場合は、ただちに検査を中止して本品を眼より外すこと。
- ・本品は酸素を通さない材質でできているので、角膜が酸素不足になるような長時間の連続装用はしないこと。
- ・電極のリード線接続部は、強く引っ張ったり、曲げたりしないこと。また、関電極用及び不関電極用チップが水等に濡れないようにすること。〔短絡等の故障や破損、性能の劣化を引き起こす場合があります〕
- ・本品の分解・改造をしないこと。〔故障や破損、性能の劣化を引き起こす場合があります〕
- ・本品を落としたり、ぶつけたりしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

- ・乾燥後収納ケースに入れて、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

〔一般的事項〕

- ・使用前には必ず本品が正常に動作するか、また傷等がないか点検すること。異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前には感染症を引き起こす汚染が除去されていることを確認すること。 \*\*
- ・使用後は、感染症を引き起こす汚染を除去してから保管すること。 \*\*

〔滅菌方法とそれに係る注意事項〕 \*\*

滅菌は下記のいずれかの方法によって行なってください。 \*\*

1. エチレンオキシドガス滅菌（EOG滅菌）

下記の条件を目安として行ってください。 \*\*

|         |             |
|---------|-------------|
| 温度      | 40℃         |
| 滅菌時ガス濃度 | 600～800mg/l |
| 相対湿度    | 50～60%      |
| 滅菌時間    | 6時間         |
| エアレーション | 12時間以上      |

- －滅菌作業を行う前に、本品が洗浄され、乾燥していることを確認してください。 \*\*
- －滅菌後の汚染を防ぐため、本品を滅菌する際には必ず本品を滅菌用袋で包装してください。 \*\*
- －滅菌時、滅菌後のエアレーションは、50℃を超えない温度で行ってください。 [レンズ部の形状が変形します] \*\*
- －滅菌後は、包装の破れや乾燥不良のないことを確認し、次の使用時まで汚染の恐れのない方法で保管してください。 [包装が不十分な場合、汚染の原因になります] \*\*

※なお、いずれの方法においても各々の滅菌装置の説明書やメーカーの指示に従い、用法、容量、使用方法を守り正しく行なってください。

\* 〔別表：主な仕様〕

単位：mm

|           | EA-100        | EA-102        | EA-200        | EA-202        | KE-L          | KE-S | Z7816 | EC-103            | EC-203 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|
| レンズ直径     | 20.0          | 20.0          | 16.0          | 16.0          | 12.0          | 10.5 | 16.0  | 20.0              | 16.0   |
| 角膜部曲率半径   | －             | －             | －             | －             | 7.80          | 7.80 | 7.80  | 8.00              | 7.80   |
| 角膜部直径     | －             | －             | －             | －             | －             | －    | 12.2  | 12.2              | 12.2   |
| 強角膜曲率半径   | 12.0          | 12.0          | 11.0          | 11.0          | －             | －    | 12.0  | 12.0              | 12.0   |
| 中心部レンズ材質  | 穴アキ           |               |               |               | 透明アクリル        |      |       |                   |        |
| 中心部直径     | 10.0          | 10.0          | 8.8           | 8.8           | －             | －    | －     | －                 | －      |
| 周辺部レンズ材質  | 黒色アクリル        |               |               |               | 透明アクリル        |      |       |                   |        |
| 関電極内径     | 11.5          | 11.5          | 10.0          | 10.0          | 6.0           | 6.0  | 9.0   | 11.0              | 9.0    |
| 電極材質      | 金線            |               |               |               |               |      |       |                   |        |
| リード線長さ    | 1m            | 1m            | 1m            | 1m            | 50cm          | 50cm | 1m    | 1m                | 1m     |
| チップジャック形状 | φ5.0<br>パナチップ | φ2.0<br>ストレート | φ5.0<br>パナチップ | φ2.0<br>ストレート | φ2.0<br>ストレート |      |       | DIN<br>φ1.5mmソケット |        |

※ EAタイプはシングルカーブ、穴アキに付き角膜部曲率半径、角膜部直径はありません。

※ チップジャック形状は、DINタイプのものもあります。

※プラズマガス滅菌は、円筒部とリード線を接合する箇所にあるシリコンチューブの中空部分に洗浄後の水分が残留するため、プラズマガス滅菌器が正常動作しない恐れがあるため困難である。

※当製品はアクリル樹脂製のため、乾熱法、高圧蒸気法、及び煮沸法等の加熱による滅菌はしないでください。 \*\*

〔消毒方法とそれに係る注意事項〕 \*\*

消毒は、セミクリティカル器材に対応した下記の推奨方法のいずれかを行ってください。

1. グルタラル（グルタルアルデヒド）消毒液による方法

- －電極部分を 2 w/v% 同液中に 1 時間以上浸漬します。
- －浸漬後、取り出した電極は、付着物があれば取り除いて多量の滅菌水または水道水、蒸留水で十分に洗浄してください。 [消毒液の残留により、眼粘膜組織等に重篤な炎症をもたらします]
- －浸漬後は、円筒部に接続されているリード線を保護するシリコンチューブ内に消毒液が残留していないことを確認してください。
- －グルタラル（グルタルアルデヒド）の取り扱いには、換気、皮膚の付着、眼に入らぬようゴーグル等の保護具を付けるなど、取扱いに十分注意すること。

2. 次亜塩素酸ナトリウム消毒液による方法

- －電極部分を 0.1 w/v% 同液中に約 30 分間浸漬します。
- －浸漬後、取り出した電極は、付着物があれば取り除いて多量の滅菌水または水道水、蒸留水で十分に洗浄してください。 [消毒液の残留により、眼粘膜組織等に重篤な炎症をもたらします]
- －浸漬後は、円筒部に接続されているリード線を保護するシリコンチューブ内に消毒液が残留していないことを確認してください。
- －同方法による消毒方法を継続して行った場合、円筒部やリード線被膜が変色するが、電極の機能は担保されていることを確認しています。

※なお、いずれの方法においても各々の薬液の添付文書の指示に従い、用法、容量、使用方法を守り正しく行なってください。 \*\*

※上記に示した方法以外の消毒方法は、本品の材質を劣化させる恐れがあります。 \*\*

【包装】

- 1個／箱
- 2個セット組／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

有限会社メイヨー  
愛知県稲沢市高御堂二丁目25番22号  
TEL：0587(33)0120 FAX：0587(33)0121

〔製造業者〕

有限会社メイヨー 京都工場  
京都府京都市上京区寺之内通堀川西入東西町417番地  
TEL：075(417)2009 FAX：075(417)2015