

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 麻酔回路セット 70567000

## PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

**【警告】**  
〈使用方法〉  
・医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止  
〈使用方法〉  
・本品を滅菌しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

- 670001 ノンラテックス麻酔バッグ 1L
- 670002 ノンラテックス麻酔バッグ 2L
- 670003 ノンラテックス麻酔バッグ 3L
- 670012 ノンラテックス麻酔バッグ 0.5L



接続口 I.D. (内径) 22mm

〈原材料〉合成ゴム (クロロプレン)

- ・未滅菌

### 【使用目的、効能又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

### 【品目仕様等】

接続部	ソケット内径はJIS T 7201-2-1:1999に適合する22mm雄円すいコネクタに接続可能
-----	--

### 【操作方法又は使用方法等】

麻酔器の取扱説明書に従って、本器を麻酔器に接続してください。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品に損傷又は異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないことを確認すること。
- ・本品の材質に影響を及ぼす消毒はしないこと [緩みや破損等を生じる恐れがあるため]。

〈その他の注意〉

- ・院内の感染防止の指針に従うこと。
- ・本品使用後は、関係法令を遵守し、適切に廃棄すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

- 本品を保管するときは次の事項に注意すること。
- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間・使用の期限〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証 (当社データ) による]。

### 【包装】

25個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】  
〈製造販売業者〉

**smiths medical**

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒485-0081 愛知県小牧市大字横内627-1

〈本社〉

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-3

\*〈問合せ先〉

営業本部 カスタマーサポート TEL (03) 3816-1649

〈製造業者〉

スミス ヘルスケア マニュファクチャリング S.A. de C.V.

Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de C.V.

〈国名〉

メキシコ

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定義
	再使用禁止
	添付文書参照
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量