**2007年 4月 3日改訂（第４版）
*2005年10月13日改訂

**医療機器承認番号:21900BZX00343000

機械器具 56 採血又は輸血用器具
＊ 管理医療機器　開放型採血用チューブ　34590000

フリーチューブ

再使用禁止

【禁忌･禁止】
○再使用禁止
○本品を使用して採血した血液を人体に戻さないこと。［採取した血液の安全性が確保できていないため。］
*○本品は注射器を用いた採血以外での採血には使用しないこと。

【形状･構造及び原理等】
本品はポリエチレンテレフタレート(ＰＥＴ)製試験管、キャップからなる。管内に種々の薬剤や部材を含む場合がある。

＜代表形状図＞



**【使用目的、効能又は効果】
開放型採血用チューブの定義から逸脱しない使用目的､効能又は効果

【操作方法又は使用方法等】
*1. 室内温度になった本品を準備します。
*2. 穿刺部位の消毒等を行います。
*3. 注射器を用い、必要量の血液を採取します。
*4. 本品のキャップを取り、血液を管壁に沿わせながら移します。
［注意］注射器より血液を移す際は､誤刺に注意しながら注射針を取り、管壁に沿わせながらゆっくり注入して下さい。
*5. キャップをして、転倒混和します。
［注意］すみやかに5回以上転倒混和して下さい。［転倒混和が不十分な場合､凝固不良が発生する可能性があります。］
［注意］このとき激しく振らないで下さい。
*6. 混和後は静置します。

【使用上の注意】
重要な基本的注意
*○１回限りの使い切り、再使用しないこと。
○変形したものは使用しないこと。
*○使用期限の過ぎた本品は使用しないこと。
*○併用する医療機器の添付文書を確認後､それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
*○分離剤による隔壁形成後、極度の振動を与えることや、長時間横倒しによる放置を避けること。
*○万一、包装が破損や汚損している場合、又は製品の破損等、異常がある場合は使用しないこと。
○使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵･保管方法及び使用期間等】
１．貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
２．有効期間・使用の期限
使用期限は製品に記載（自己認証による）。

＊**【包装】**
100本／箱

＊**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）
ニプロ（上海）有限公司
［NIPRO(SHANGHAI)CORPORATION LIMITED］
中華人民共和国
［People's Republic of China］

NIPRO　ニプロ株式会社