**2022年7月改訂(第4版)
*2022年3月改訂(第3版)

DS059A
医療機器承認番号:22000BZI00002000

医療用品 4 整形用品

高度管理医療機器 歯科用骨内インプラント材 JMDN コード:42347000

サーテン インプラント(3)

(オッセオタイトサーテン インプラント)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・本品は一回限りの使用のみで再使用できない。
・以下の患者に使用してはならない。
(1) チタン合金に敏感な患者。
(2) 悪液質、管理されていない糖尿病、甲状腺機能亢進、口腔内感染、或いは悪性疾患の患者。
(3) 過去1　年以内に心筋梗塞を発症した患者。
(4) 適用部位の歯槽骨の幅並びに高さが十分でない、或いは骨の状態が悪い患者。

【形状・構造及び原理等】

(1) オッセオタイトサーテン インプラント

1) オッセオタイトサーテン インプラント

品番	種類
IOSM385	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×8.5 mm(L)
IOSM310	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×10.0 mm(L)
IOSM311	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×11.5 mm(L)
IOSM313	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×13.0 mm(L)
IOSM315	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×15.0 mm(L)
IOSM318	オッセオタイトサーテン インプラント 3.25 mm(D)×3.4 mm(P)×18.0 mm(L)
IOSS485	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×8.5 mm(L)
IOSS410	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×10.0 mm(L)
IOSS411	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×11.5 mm(L)
IOSS413	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×13.0 mm(L)
IOSS415	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×15.0 mm(L)
IOSS418	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×18.0 mm(L)
IOSS420	オッセオタイトサーテン インプラント 4.0 mm(D)×4.1 mm(P)×20.0 mm(L)
IOSS585	オッセオタイトサーテン インプラント 5.0 mm(D)×5.0 mm(P)×8.5 mm(L)
IOSS510	オッセオタイトサーテン インプラント 5.0 mm(D)×5.0 mm(P)×10.0 mm(L)
IOSS511	オッセオタイトサーテン インプラント 5.0 mm(D)×5.0 mm(P)×11.5 mm(L)
IOSS513	オッセオタイトサーテン インプラント 5.0 mm(D)×5.0 mm(P)×13.0 mm(L)
IOSS515	オッセオタイトサーテン インプラント 5.0 mm(D)×5.0 mm(P)×15.0 mm(L)
IOSS685	オッセオタイトサーテン インプラント 6.0 mm(D)×6.0 mm(P)×8.5 mm(L)
IOSS610	オッセオタイトサーテン インプラント 6.0 mm(D)×6.0 mm(P)×10.0 mm(L)
IOSS611	オッセオタイトサーテン インプラント 6.0 mm(D)×6.0 mm(P)×11.5 mm(L)
IOSS613	オッセオタイトサーテン インプラント 6.0 mm(D)×6.0 mm(P)×13.0 mm(L)
IOSS615	オッセオタイトサーテン インプラント 6.0 mm(D)×6.0 mm(P)×15.0 mm(L)
IOS4585	オッセオタイトサーテン 4/5XP インプラント 4.0 mm(D)×5.0 mm(P)×8.5 mm(L)
IOS4510	オッセオタイトサーテン 4/5XP インプラント 4.0 mm(D)×5.0 mm(P)×10.0 mm(L)
IOS4511	オッセオタイトサーテン 4/5XP インプラント 4.0 mm(D)×5.0 mm(P)×11.5 mm(L)
IOS4513	オッセオタイトサーテン 4/5XP インプラント 4.0 mm(D)×5.0 mm(P)×13.0 mm(L)
IOS4515	オッセオタイトサーテン 4/5XP インプラント 4.0 mm(D)×5.0 mm(P)×15.0 mm(L)
IOS5685	オッセオタイトサーテン 5/6XP インプラント 5.0 mm(D)×6.0 mm(P)×8.5 mm(L)
IOS5610	オッセオタイトサーテン 5/6XP インプラント 5.0 mm(D)×6.0 mm(P)×10.0 mm(L)
IOS5611	オッセオタイトサーテン 5/6XP インプラント 5.0 mm(D)×6.0 mm(P)×11.5 mm(L)
IOS5613	オッセオタイトサーテン 5/6XP インプラント 5.0 mm(D)×6.0 mm(P)×13.0 mm(L)
IOS5615	オッセオタイトサーテン 5/6XP インプラント 5.0 mm(D)×6.0 mm(P)×15.0 mm(L)

(D):スクリュー部の直径
(P):プラットフォーム(シーティングサーフェイス)の直径
(L):長さ
成分:チタン合金
基本的形状:

IOSM311

IOSS511

IOS4511

2) オッセオタイトサーテン テーパードインプラント

品番	種類
INT3285	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 3.4 mm(P)×8.5 mm(L)
INT3210	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 3.4 mm(P)×10.0 mm(L)
INT3211	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 3.4 mm(P)×11.5 mm(L)
INT3213	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 3.4 mm(P)×13.0 mm(L)
INT3215	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 3.4 mm(P)×15.0 mm(L)
INT485	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 4.1 mm(P)×8.5 mm(L)
INT410	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 4.1 mm(P)×10.0 mm(L)
INT411	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 4.1 mm(P)×11.5 mm(L)
INT413	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 4.1 mm(P)×13.0 mm(L)
INT415	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 4.1 mm(P)×15.0 mm(L)
INT585	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 5.0 mm(P)×8.5 mm(L)
INT510	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 5.0 mm(P)×10.0 mm(L)
INT511	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 5.0 mm(P)×11.5 mm(L)
INT513	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 5.0 mm(P)×13.0 mm(L)
INT515	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 5.0 mm(P)×15.0 mm(L)
INT685	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 6.0 mm(P)×8.5 mm(L)
INT610	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 6.0 mm(P)×10.0 mm(L)
INT611	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 6.0 mm(P)×11.5 mm(L)
INT613	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 6.0 mm(P)×13.0 mm(L)
INT615	オッセオタイトサーテン テーパード インプラント 6.0 mm(P)×15.0 mm(L)

(P):プラットフォーム(シーティングサーフェイス)の直径
(L):長さ
成分:チタン合金
基本的形状:

INT3211


INT511

(2) カバースクリュー

品番	種類
IMCSF34	フラット カバースクリュー 3.4 mm (D)
ICSF41	フラット カバースクリュー 4.1 mm (D)
ICSF50	フラット カバースクリュー 5.0 mm (D)
ICSF60	フラット カバースクリュー 6.0 mm (D)

(D):カバー部の直径
成分:チタン合金
基本的形状:

ICSF41

【使用目的又は効果】

歯の欠損部位の歯冠回復及び有床義歯の安定による咀嚼機能の回復。

(1) インプラント
顎骨内に埋め込み、アバットメント、シリンダー、スクリューを接続し、義歯と固定する補綴に使用される。

(2) カバースクリュー
インプラント埋入手術後のインプラント内ねじ部及びインプラント歯冠側頭頂部を保護する。

歯科用骨内インプラント材の定義:
部分的又は全体的に顎骨内に埋植する歯科用インプラントをいう。

【使用方法等】

1. 患者の適否

本品は、上顎骨及び下顎骨に単独歯補綴の為の人工歯根、或いはブリッジ及び床義歯の支台歯の形成に人工歯根が必要な症例に適用される。本品を用いたインプラント術を行う前の患者の選択については、使用上の注意に示された適用基準、適用除外基準に従って行うと共に、以下のような手順により総合的に本治療に対する適否を判定する。

1) 患者の全般的健康状態、口腔衛生の状態と患者の意識、家庭における術後の口腔衛生管理意識、解剖学的状況を評価する。
2) 患者の医学的状態、病歴を詳細に調査する。
3) 全歯及び歯根尖周囲のX 線検査を行う。
4) 口腔内検査を行う。
5) 歯周病、骨の状態の異常、歯ぎしり等はインプラント治療前に処置しておく。

2. 術前の注意

長期にわたりインプラントを保持するため、適正なインプラントのサイズを選択すること。

1) 補綴物を長期にわたり安定して保持するために、インプラントは出来る限り長いものを選択すること。
2) 上顎洞、鼻底、下顎管、下顎骨下部等を避けて正しくインプラントを行えるように、レントゲンを用いてインプラントする対象骨量を正確に把握すること。
3) 適正な幅の歯槽頂を確保する事が重要で、良好な治癒が行われるように、最低1 ㎜の骨をインプラント周囲に残す術前計画をたてること。

3. 本品のインプラントへの装着の際は、専用器具を使用する。
4. 使用する全ての器具及び手術野を滅菌する。
5. 弊社外科マニュアルを参照する。

**【使用上の注意】

1. 適用

本品は、上顎及び下顎骨に単歯補綴の為の人工歯根、或いはブリッジ及び床義歯の支台歯の形成に人工歯根が必要な症例に適用すること。

2. 適用除外

外科手術が適用除外である状態の患者にはインプラントの埋入は除外する。

3. 重要な基本的注意

1) インプラントの失敗は、補綴の緩み、感染、骨欠損、痛み等の症状として現れる。その場合は、インプラントを除去し、インプラントを行った部位の軟組織を掻爬して、治癒出来るように処置すること。
2) 感覚異常、浮腫、血腫、炎症、感染、治癒の遅れ等は、インプラントによるものではなく、手術そのものに起因するものがあるので、定められた手術法を厳守すること。
3) 本品は、非臨床試験により条件付きMR対応であることが実証されている。本品を埋植した患者が以下のMRシステム条件下でスキャン撮影を行った場合、安全に実施できる。(自己認証による)
   ・静磁界 1.5 T 及び3.0 T
   ・最大空間磁場勾配 3,000 ガウス/cm (30 T/m)
   ・報告されている最大MRシステム全身平均比吸収率(SAR)
   2 W/kg (通常操作モード)
4) 上記の条件下で15分間、継続的にスキャン実施後のZimmer Biomet補綴製品の最大温度上昇は、3.0 T で4℃以下、1.5 Tで3℃以下であると考えられる。
5) 非臨床試験では、勾配エコー・パルスシーケンスで3.0 Tおよび1.5 T MRシステムを使用して撮影した場合、本品が引き起こす画像アーチファクトにより、インプラントから放射状に、それぞれ2.7cmおよび2.2cmまで伸長する。

4. 相互作用

[併用禁忌・禁止](併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社の指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されているため正しく機能しない。よって、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

5. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

1)不具合

(1) 適用部位の歯槽骨の幅並びに高さが十分でない、或いは骨の状態が悪い症例、感染症の患者、口腔衛生状態の悪い患者、術後のケアなどに協力的でない患者、全身状態の悪い患者などの場合、最初よりインテグレーションせず、又インテグレーションしても動揺・疼痛を認めたり、インプラントが脱落する場合がある。
(2) インプラントのサイズが咀嚼による負荷にたいして不十分な場合、疲労による破断、破折及び変形を起こす場合がある。

2)有害事象

(1) 本品を用いた手術により、局所の浮腫、疼痛、術部の裂開、短期の知覚過敏、血腫あるいは出血が起こる場合がある。
(2) 下顎の手術の場合は下唇並びに頬のしびれ、上顎の手術の場合は鼻周囲のしびれが起こるが、殆どの場合は一時的なものである。
(3) 歯肉組織の潰瘍、組織反応、あるいは感染を起こす場合があるが、一般的には局部的治療で治癒する。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル2F
電話:03-4333-9900

製造業者
バイオメット スリーアイ インク(Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国