2023 年 8 月改訂　第 2 版（販売元記事削除）　　承認番号 22100BZX00927000
2006 年 11 月 10 日作成　新様式第 1 版

器具器械４９　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器（電動式及び滅菌されたものを除く。）
管理医療機器　電動式歯科用根管リーマ　　JMDN コード:31875022

フレキシブルリーマ

【形状･構造及び原理等】

１．材質
（JIS　G4309）ステンレス鋼線

２．形状
コントラアングル用寸法表（単位㎜）

種類	全長	刃部径	刃部長
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA000	34.5	0.7	10.0
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA00		0.9	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA0		1.1	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA1		1.3	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA2		1.5	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾘｰﾏ　CA3		1.7	

【使用目的、効能又は効果】

根管治療時の根管の拡大にもちいる。

【操作方法又は使用方法等】

ハンドピースに装着し、3,000 回転以下で使用する。

【使用上の注意】

１．使用目的以外の用途には使用しないこと。
２．ハンドピースメーカーの指示に従って、バーを確実にチャック内に挿入し、半チャックでないことを確認すること。
３．ハンドピースの振れ又はガタがないことを確認すること。
４．あらかじめ口腔外で回転させ、バーの振れがないことを確認すること。
５．切削の際に、過度の力をかけないように注意すること。
６．目の損傷を防ぐために保護めがね等を着用すること。

【貯蔵･保管方法及び使用期間等】

１．高温、多湿、水濡れを避け、汚染しないように保管すること。
２．歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。
３．廃棄する場合には、医療用廃棄物として適切に処分すること。

【保守･点検に係る事項】

１．使用後は直ちに生体組織などの付着物を洗い流し、ケミクレーブ又は EOG による滅菌もしくは薬剤による消毒をすること。
又、滅菌器、消毒剤の使用については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。
２．材料の性質上水分及び薬剤の付着により腐食を生じる場合があるので十分注意すること。
３．本製品の使用前、使用後には、刃部、頚部及び軸部に、傷、曲がり又は、錆などの異常がないことを確認し、異常がある場合には使用しないこと。

【包装】

3 本入り／プラスチックケース

【製造販売業者又は**製造業者の氏名又は名称及び住所等**】

製造者　有限会社　バーツール
住　所　〒354-0021
埼玉県富士見市鶴馬 3229-6
TEL･FAX　049-255-5355