

機械器具 65 歯科用充填器
管理医療機器 電動式歯科用歯内ペーストキャリア 41539000

レンツロ

【形状・構造及び原理等】

種類 : 12 種類

種類	カラーコード
1	レッド
2	ブルー
3	グリーン
4	ブラック

長さ (mm) : 17 (S) , 21 (L) , 25 (XL)

材質 : ステンレス鋼

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 メルファー インストルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

* [問い合わせ窓口]

** カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123

【使用目的又は効果】

根管内に糊剤や根管用セメントなどを回転により送り込むためのレンツロである。

[使用目的]

根管充填

【使用方法等】

1. 根管の形状に合わせて、適切なサイズを選択します。
2. コントラアングルなどに装着し、根管充填を行ってください。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - (2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
 - (3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - (4) オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用前に本品の損傷有無を確認すること。
2. 回転数は、150～350rpm の範囲内で使用すること。
3. コントラアングルのメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
4. 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。

*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは使用しないこと。
4. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
5. 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
6. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
7. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
8. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
9. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、清潔な場所に保管すること。
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。