

再使用禁止

テーパーロックフェモラルステム

**

【禁忌・禁止】

・適用対象(患者)

次の患者には使用しないこと

- (1) 骨髄炎や敗血症等の感染症の患者〔患部に病巣が移り、良好な手術結果が得られないため〕
- (2) 本品の材質について、過敏症を有する患者〔アレルギー症状の発生するおそれがあるため〕

・併用医療機器〔相互作用の項参照〕

製造販売業者が指定する製品以外と組み合わせて使用しないこと〔適切に機能せずに緩み、摩耗、破損等が生じるおそれがあるため〕

・使用方法

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止〔無菌性が担保できないため〕
- (3) 骨セメントを使用しないこと。〔適切な固定が得られないため〕

【形状・構造及び原理等】

本品は、人工股関節大腿骨コンポーネントで、形状は以下のとおり。本品の製品番号、サイズ等については法定表示ラベルを参照すること。

- ・テーパーロック システム
- ・テーパーロック システム ラテラライズド



- ・テーパーロック リデュースディスタル システム
- ・テーパーロック リデュースディスタル システム ラテラライズド



- ・テーパーロック コンプリート システム スタンダードオフセット



9mm からはリデュースディスタルタイプ

- ・テーパーロック コンプリート システム ハイオフセット



9mm からはリデュースディスタルタイプ

- ・テーパーロック コンプリート システム XR123



9mm からはリデュースディスタルタイプ

材質:チタン合金

原理:大腿骨近位部の髓腔に挿入し、ステムヘッドと組み合わせることで、人工股関節大腿骨コンポーネントとして機能する。

手術手技書を必ずご参照ください

【使用目的又は効果】

本品は股関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する大腿骨ステムである。固定法は直接固定である。変形性関節症、慢性関節リウマチ性疾患等による関節の摩耗、大腿骨頸部骨折や大腿骨頭壊死、腫瘍等による機能不全に対する人工股関節置換術（再置換術も含む。）、人工骨頭挿入術又は関節形成術の際に関節機能再建のために使用される。

＜使用目的又は効果に関連する使用上の注意＞

患者の骨格が完全に成熟していること。

【使用方法等】

1. フェモラルリセクションガイドを用いて、大腿骨リセクションレベルをマーキングする。



2. オフセットチゼルを用い大腿骨近位部の骨を切除し、スターターリーマーを用いて大腿骨遠位部の髓腔を開口する。



3. ブローチングを行い、最終サイズのブローチを入れた状態で、カルカープレーナーで、カルカー部を平らにする。



4. 適切なサイズのトライアルを選択し、股関節の仮整復を行う。



5. 仮整復後、インプラントにフェモラルインサーターを取り付け、大腿骨髓腔に挿入する。



6. 適切なサイズのモジュラーヘッドを打ち込む。



【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に使用すること）

- (1) 糖尿病等の代謝障害のある患者〔感染が発生し、患部の遅延治療が発生しやすいため〕
- (2) ステロイド療法、免疫抑制剤等の全身薬物療法を受けている患者〔オステオポロシス等が進行し、術後骨折が発生しやすいため〕
- (3) う歯等の局所的な感染を有する患者〔局所感染部から患部に感染巣が移ることがあり、本品を適切に支持できないため〕
- (4) 患部に重度の変形のある患者〔矯正が十分でなく、本品を適切に支持できないため〕
- (5) 患部に骨腫瘍がある患者〔本品を適切に支持できないため〕
- (6) 体重過多の患者〔本品に過度の負荷がかかり、マイグレーションや折損等が発生しやすいため〕
- (7) 肉体力労働、活動性の高い患者〔本品に過度の負荷がかかり、マイグレーションや折損等が発生しやすいため〕
- (8) アルコール、麻薬中毒患者及び精神障害のある患者〔リハビリテーション等の術後管理が不十分になる可能性があるため〕
- (9) 他関節に障害のある患者〔本品に過度な負荷がかかるため〕
- (10) 骨パジェット病の患者〔骨代謝異常により、本品を適切に支持できないため〕
- (11) 再置換術の患者〔骨セメントの除去や骨量が減少しているため、初回手術に比べ、良好な手術結果が得られない場合があるため〕
- (12) 下肢に障害がある等転倒の可能性がある患者〔転倒により、脱臼や破損、ルースニング、マイグレーションが発生しやすいため〕
- (13) 高齢者（「高齢者への適用」の項を参照すること）
- (14) 喫煙習慣のある患者〔治療の遅延やコンポーネントのルースニングの原因となるため〕

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、人工股関節手術全般について、習熟した医師が使用すること。又、骨癒合が確実に達成されるまで、手術部位の固定を維持すること。
- (2) 骨セメントを寛骨臼コンポーネントに使用する場合は、その使用説明書を熟読し、使用上の注意を十分に遵守したうえで使用すること。
- (3) 本品は、患者の活動性や生体内における影響を受けるため耐用年数に限りがあることや偽関節や骨癒合不全となった場合は、本品に繰返し応力が発生し、不具合が発生する可能性が高いことを患者に説明すること。
- (4) 本品のマイグレーションやルースニングなどの不具合・有害事象が発生したときは、人工股関節の再手術が必要になることを患者に説明すること。
- (5) 再置換する場合は大腿骨ステムとステムヘッドの両方を交換し、ステムヘッドのみの再置換はしないこと。

** (6) 磁気共鳴 (MR) の安全性及び適合性

- * 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である「自己認証による」；
 - ・ 静磁場強度：1.5T、3.0T
 - ・ 静磁場強度の勾配：1300Gauss/cm 以下（ステンレス鋼）、2500 Gauss/cm 以下（コバルトクロム合金及びチタン合金）
 - ・ MR 装置が示す全身最大 SAR：上半身 2W/kg、下半身 1 W/kg（通常操作モード）
 - ・ 患者とガントリ内壁の間に非導電性パッドを挟むこと
 - ・ 患者の脚と脚が接触しないよう、膝の間に非導電性パッドを挟むこと
 - ・ 患者の腕や手、皮膚同士が接触しないようにすること
- 上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大の温度上昇は 3℃未満である。本品が 3.0T の MR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じるアーチファクトは本品の実像から 100mm（ステンレス鋼）又は 80mm（コバルトクロム合金及びチタン合金）までである。

T: Tesla、磁束密度の単位、1T = 10,000Gauss

SAR: 単位組織質量あたりの吸収熱量、単位は W/kg

- (7) 医師の指示を守ることのできない患者又は神経障害の患者〔リハビリテーション等の術後管理が不十分になる可能性があるため〕
- (8) オステオポロシス、骨質不良の患者〔本品を適切に支持できず、マイグレーションや術後骨折を起こしやすいため〕

手術手技書を必ずご参照ください

- (9)代謝障害を有する患者〔骨形成が阻害され、本品を適切に支持できないため〕
- (10)骨軟化症の患者〔本品を適切に固定できないため〕
- (11)遠位感染症を有する患者〔感染症を引き起こす可能性があるため〕
- (12)急速な関節破壊、著しい骨量の減少や骨吸収が認められる患者〔本品を適切に支持できないため〕
- (13)血管不全、筋萎縮症又は神経筋疾患を有する患者〔脱臼を起こしやすく、本品の安定性が得られないため〕
- (14)チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用しないこと〔ガルバニック腐食(異種金属が電解液中にて、電位差を生じることにより起きる腐食)が発現する可能性がある〕。
- (15)術前の注意
医師は、X線診断、テンプレート等により、本品の形状が解剖学的に適合しているか検討すること。
- (16)術中の注意
・保護カバーは、埋植直前まで、取り外さないこと。
・ブローチングは、埋植予定のインプラントと同じ形状のブローチを用いて行うこと。
・カルカープレーナーを使用する際は、骨割れを防ぐために、必ずカルカープレーナーを回転させた状態でカルカー部に接触させること。
・本品を挿入する際に、骨穿孔や骨折が起こることがあるので、プレスフィットさせる場合には、骨質を見極めて行うこと。
・モジュラーヘッドを取り付ける際には、モジュラーヘッドのテーパー部及び大腿骨ステムのテーパー部分を洗浄し、乾燥させてから取り付けること。
・仮整復時は、解剖学的に正しい位置に設置され、筋肉バランスが適切であることを確認すること。
・閉創前、人工関節の摺動面に、骨屑や組織片等の異物が存在すると摩耗の原因となるため、十分洗浄すること。
・閉創前に、術前に準備した手術器械が全て揃っていることを確認すること。
- (17)術後の注意
・医師は、患者の退院時に、リハビリテーション、今後の治療、生活上の制限の注意事項を文書と共に説明すること。
・医師は、リハビリテーション中であっても本品のマイグレーションや摩耗を引き起こすような過度な運動や動作を患者にさせないこと。
・定期的にX線診断等を行い、骨吸収や摩耗、マイグレーション等が発生していないことを確認すること。所見上、異常が確認された場合は、それに応じた治療を患者に実施すること。

*** 3. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社製のインプラント	人工関節として正しく作動しないおそれがある。	適切に機能せずに緩み、摩耗、破損等が生じるおそれがある。

*** 4. 不具合・有害事象

* 本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

(1) 重大な不具合

- ・変形
- ・破損
- ・折損
- ・脱臼
- ・摩耗
- ・腐食
- ・マイグレーション
- ・ルースニング

(2) 重大な有害事象

- ・感染症
- ・骨癒合不全
- ・骨折
- ・神経障害
- ・骨穿孔
- ・オステオライシス(骨溶解)
- ・メタロシス
- ・脱臼、亜脱臼
- ・塞栓(脂肪、血液等)
- ・血腫
- ・ストレスシールドニングによる骨密度の低下
- ・転子剥離
- ・関節可動域の減少
- ・整復不良、関節の不安定性
- ・関節周囲の石灰化
- ・他関節障害
- ・アレルギー反応、毒素反応

- ・再手術
- ・組織の局所障害(ALTR)
- ・臓器不全又は機能不全
- ・骨壊死
- ・死亡
- ・肺塞栓症(PE)
- ・心血管又は脳血管障害
- ・骨吸収
- ・金属イオンの上昇
- ・外反内反変形

(3) その他の有害事象

- ・疼痛
- ・異所性骨化
- ・組織損傷
- ・予期せぬ失血
- ・刺切創
- ・脚長差
- ・異音
- ・腫脹、浮腫

5. 高齢者への適用

- (1) 高齢者は、骨質が低下している場合が多く、術中に過度のリーミングやラスピング、又、本品を挿入する時に骨折する可能性が高いため、慎重に使用すること。
- (2) 高齢者は、腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多いため、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。
- (3) 高齢者は、何らかの感染巣を有している場合が多く、遅発性感染防止のため、感染巣を完治してから、本品を使用すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児への適用

上記の患者に対して、安全性は確立されていないため、治療上の有益性が危険性を上回っている時のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・有効期限は外箱に表示。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号: 03-6402-6600(代)

主たる設計を行う製造業者: Biomet Orthopedics、米国

手術手技書を必ずご参照ください