**2015年 5月改訂（第3版 新記載要領に基づく改訂）
*2014年 7月30日改訂（第2版）

医療機器認証番号：224AGBZX00060000

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 硬質レジン歯（70808000）

SR フォナレス Ⅱ

【形状・構造及び原理等】

［形状・種類］

a) 前歯

上顎用：S61,S62,S63,S71,S72,S73,S81,S82,S83
B61,B62,B63,B71,B72,B73,B81,B82,B83

下顎用：L50,L51,L52,L53,L54,L55

b) 臼歯

上顎用（Typ）：NU3,NU5,NU6
（Lingual）：LU3,LU5,LU6

下顎用（Typ）：NL3,NL5,NL6
（Lingual）：LL3, LL5, LL6

それぞれ下記の色調（シェード）がある。
A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,
BL1,BL2,BL3,BL4

［原理］

本品を義歯床に植立し、義歯を製作する。

［成分］

メタクリル酸メチル、ウレタンジメタクリレート等

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

1.本品を義歯床用アクリル系レジンに植立し、義歯床レジンをその操作方法に従い重合する。
2.ラバーフィニッシャーかポリッシャーで研磨し、仕上げる。

［使用方法に関連する重要な注意］

対合歯の咬合面を考慮し、インスツルメント等で形態修正を行うこと。

【使用上の注意】

本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫腸、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。

［重要な基本的注意］

・本品の削合、研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク・保護めがね等を使用し、粉塵の吸引、目の損傷を防ぐこと。
・本品を削合する際は、回転器具による過熱に注意すること。
・着色の恐れがあるので、火炎や、トーチ等の火に近付けないこと。
・本品を調整する場合は適切なコンポジット材料を使用すること。
・本品の表面が荒い場合、プラークの付着等の原因になるので、十分研磨を行うこと。
・義歯の表面滑沢材は、しばしば剥がれ落ちたり、退色、変色の原因となるので、使用しないこと。
・スケーラー、溶剤、酸等の使用は本品の傷の原因となり、審美的な問題を引き起こす可能性があるので、使用しないこと。
・咀嚼等に問題を起こす可能性があるので、適切な対合歯を選択すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**［製造販売元］
Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp

［製造元］
Ivoclar Vivadent Manufacturing srl（イタリア）

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください