＊ 2016 年 4 月 1 日改訂（第 2 版）
2014 年 3 月 7 日作成（第 1 版）

承認番号 22500BZX00544000

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器　眼科用嚢内リング（JMDN コード：42839000）

ＨＯＹＡシーティーアール

（縫着ホック有タイプ）


再使用禁止

【警告】
(1) 本品は、日本眼科学会が定める「水晶体嚢拡張リング使用ガイドライン」に従い、眼科用嚢内リング挿入術及び白内障手術に対する専門知識と施行技術を有する医師が、既存療法との比較を含め本品のリスクベネフィットを総合的に評価した上で使用すること。

【禁忌・禁止】
・適用対象（患者）
次の患者には適用しないこと
(1) 前嚢切開（連続円形切嚢）が不完全になった患者
(2) 水晶体嚢の損傷がある場合（術中後嚢破損を含む）
(3) 水晶体の成長が見込まれる患者（「重要な基本的な注意」の項 (1)参照）
(4) 硝子体脱出等の重篤な術中の有害事象発生症例
・使用方法について
(1) 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】
［材質］
着色剤含有ポリメチルメタクリレート
着色剤：アントラキノン系

［形状］
オープンリング形状で、両端に操作用のアイレット（穴）を有する構造となっており、2個の縫着ホックを有する。
モデルCTR130A2を下記に図示



項目	モデル CTR130A2
全長 (mm)	13.0

［原理］
本品は、亜脱臼水晶体嚢の機械的安全性を強化する為に、水晶体嚢に埋め込み、張力を生じさせて水晶体嚢を伸ばす。

【使用目的、効能又は効果】
白内障手術の際に、チン小帯の脆弱、断裂が疑われる、又は観察された患者に対し、水晶体嚢の安定化のために使用する。

【操作方法又は使用方法等】
本品は滅菌済み眼科用嚢内リングであり、再使用はできない。
無菌的に取り出し、連続環状嚢切開とハイドロディセクションの直後又は水晶体超音波乳化吸引術の直後に水晶体嚢に挿入する。

＜一般的な方法＞
(1) 適切なモデル、サイズ及び使用期限の表示を確認する。
(2) 無菌的に滅菌バッグを開封し、ケースを取り出す。
(3) ケースを水平状態に保ちながらキャップを回して、慎重に取り外す。
(4) 本品を鑷子で破損しないように注意して把持し、BSS 液（Balanced Salt Solution）等でよくすすぐ。
(5) 本品の表裏をよく確認し、 縫合糸（9-0ポリプロピレン）を通した医療用縫合針（28-gauge）で、縫着ホックの先端部のアイレットに縫合糸を結ぶ。
(6) 本品の挿入は、切開創を通じて眼科用嚢内リングの先端を眼内に挿入し、眼科用嚢内リングの先端が水晶体嚢あるいは水晶体皮質を穿孔あるいは傷つけないようにし、眼科用嚢内リングの先端を確実に水晶体嚢の周辺に合わせるように設置する。
(7) 本品の末端をポジショニングフックを用いて適切な位置に回転させ、挿入を完了させる。
(8) 縫着ホックの先端は水晶体前嚢に位置させる。縫着ホックの先端を水晶体嚢の中に位置させないこと。
(9) 切開口から通し、サルカス部を通して、縫合糸を強膜から出す。慎重に、適切に縫合糸を引っ張って、水晶体嚢内中の本品の位置を固定させる。
(10) 強膜から出てきている縫合糸を強膜に結ぶ。

［使用方法に関連する使用上の注意］
(1) 開封前に、モデル、サイズ及び使用期限の表示を確認すること。 使用期限が過ぎている場合は、使用しないこと。
(2) 本品は、開封後、無菌的に取り扱うこと。
(3) 再滅菌禁止。
(4) 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合、使用しないこと。
(5) 使用前に製品の状態を確認し、損傷、その他の異常がないことを挿入前に確認すること。破損している又はその他の異常がある場合は使用しないこと。
(6) 表面に異物や塵埃等付着物の無いことを挿入前に確認すること。
(7) 本品の挿入操作は、鑷子を使用し、水晶体嚢に過度の応力がかからないように慎重に行うこと［ チン小帯断裂が悪化する可能性がある ］。
(8) 本品は予めその使用方法に十分習熟してから使用すること。
(9) 滅菌バッグから本品を取り出す際、本品を落下させないこと。
(10) 不適当な操作で本品の破損、水晶体嚢の破損、チン小帯の断裂等を生じる可能性がある。使用に際して十分注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

(1) 角膜内皮障害 (2) 緑内障 (3) ぶどう膜炎
(4) 糖尿病網膜症 (5) 網膜剥離 (6) 先天性眼異常
(7) 脈絡膜出血 (8) 浅前房 (9) 小眼球
(10) 角膜ジストロフィ (11) 視神経萎縮 (12) 高眼圧
(13) 散瞳不良 (14) 弱視 (15) 角膜移植の既往のあるもの
(16) 虹彩炎 (17) 眼感染症 (18) 角膜異常
(19) 黄斑変性症 (20) 網膜変性症 (21) アトピー性疾患
(22) 虹彩血管新生 (23) 重篤な術中の有害事象発生症例
(24) その他、全身的、眼科的理由により医師が慎重適応と判断した場合

2. 重要な基本的注意

(1) 眼科用嚢内リング挿入術は、水晶体の成長が見込まれる年齢（一般的に12歳とされている）までは適応しないこと。13歳から17歳に対して本品の使用が特に必要と判断した場合には、十分な設備と使用経験を持つ眼科医のもとで、術後のフォローアップを含め慎重に適用すること（海外類似品の臨床試験[8]では18歳以上を対象に実施されており、有効性・安全性が確認されていないため）。
(2) 手術に先立ち、本品挿入の対象となる患者（保護者を含む）に対し、本品の使用に伴って予期される効果と有害事象等の危険性について十分に説明し、理解したことを確認した上で使用すること。
(3) 本品の挿入には高度な手術手技・技量が必要となる。本品の使用にあたっては、あらかじめ十分な手技を習熟すること。特に、適正な眼科用嚢内リングサイズを選択する際には、患者の眼の状態を考慮しなければならない。
(4) ぶどう膜炎や眼感染症の患者については、外科的侵襲を加えることで、ぶどう膜炎、眼感染症の悪化や新たな感染症を引き起こすおそれがあるため、予め薬物治療を行い、炎症を鎮静化させた上で、眼科用嚢内リング挿入術を行うこと。
(5) 併用する医薬品、医療機器等の添付文書又は取扱説明書を確認後、使用すること。
(6) 本品挿入後の長期的安全性及び有効性は、未だ確立されていない。従って、術後も患者を定期的に受診させ、経過を観察すること。

3. 不具合・有害事象

本品の挿入に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生することがある。その際、挿入中止や摘出が必要になる他、場合によっては、失明または不可逆的な視力障害等の重大な健康被害をきたすおそれがある。

［不具合］

(1) リング損傷（破損、キズ、変形等）
(2) リング表面への異物付着 (3) リング脱臼
(4) リング偏位 (5) リングの変色・偽着色
(6) リング落下 (7) レンズ偏位 (8) 縫合糸断裂

［有害事象］

(1) チン小帯断裂の悪化 (2) 角膜浮腫
(3) 角膜炎(角膜びらんを含む) (4) 角膜内皮障害
(5) 急性角膜代償不全 (6) デスメ膜剥離
(7) 結膜炎・結膜下出血 (8) 前房出血 (9) 前房蓄膿
(10) 瞳孔異常(ブロック、捕獲、変形、散大、偏位等)
(11) 虹彩損傷 (12) 虹彩炎(虹彩毛様体炎) (13) 虹彩癒着
(14) 虹彩脱出 (15) ぶどう膜炎 (16) 毛様小帯断裂
(17) 毛様体炎膜 (18) 後嚢破損 (19) 後発白内障
(20) 硝子体炎 (21) 硝子体出血・混濁 (22) 硝子体脱出
(23) 網膜組織（黄斑等）の剥離・円孔・裂孔等
(24) 網膜剥離 (25) 脈絡膜剥離 (26) 脈絡膜出血
(27) 黄斑浮腫・変性 (28) 駆逐性出血 (29) 眼内炎
(30) フィブリン析出 (31) 緑内障 (32) 眼圧低下
(33) 眼圧上昇(一過性眼圧上昇、高眼圧を含む)
(34) 色視症 (35) 視機能低下(視力・コントラスト感度)
(36) 眼内レンズの予想屈折値誤差 (37) 創口閉鎖不全
(38) 線状角膜症 (39) 前房内細胞反応 (40) 前房虚脱
(41) 虹彩振盪 (42) 前嚢混濁 (43) 偽水晶体振盪
(44) 水晶体嚢亀裂 (45) 水晶体嚢収縮
(46) 水晶体小片落下 (47) 網膜色素上皮
(48) 視神経萎縮 (49) 眼瞼炎 (50) 眼内レンズへの沈着
(51) 縫合糸断裂による水晶体嚢の硝子体への落下

【臨床成績】[1) - 7)]

本品の臨床試験は国内外ともに実施されていない。海外における縫着ホック有タイプの類似既承認品の臨床成績は、7報報告されている。CTRの基本的性能としての有効性及び安全性は縫着ホック無タイプと同等であった。主な有害事象である後嚢混濁は最大で71.4%の頻度で認められ、一部の文献では縫着ホック無タイプに比べ高い発現率が報告されている。また、縫着ホック有タイプ特有の有害事象として、1報で縫合糸断裂が10.0%で認められた。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

［貯蔵・保管方法］

高温多湿や直射日光を避け、室温で保管すること。
ガス等の発生する場所には保管しないこと。

［使用期間等］

使用期限（Exp. Date）は外箱に記載。
（上4桁は西暦、下2桁は月を示す。）

【承認条件】

本品の適応に関連する十分な知識・経験を有する医師が、適応を遵守し、講習の受講等により、本品を用いた治療に関する技能や手技に伴う合併症等に関する知識を得た上で、本品が用いられるよう、関連学会と連携の上で必要な措置を講ずること。

【包装】

1 個単位

【主要文献及び文献請求先】

＜主要文献＞

1) Vasavada, V et al., Intraoperative performance and postoperative outcomes of endocapsular ring implantation in pediatric eyes, J Cataract Refract Surg. 34: 1499-1508, 2008.
2) Cionni, RJ et al., Management of profound zonular dialysis or weakness with a new endocapsular ring designed for scleral fixation, J. Cataract Refract. Surg. 24: 1299-1306, 1998.
3) Moreno-Montanes, J et al., Intraoperative and postoperative complications of Cionni endocapsular ring implantation, J. Cataract Refract. Surg. 29: 492-497, 2003.

4) Cionni, RJ et al., Modified capsular tension ring for patients with congenital loss of zonular support, J. Cataract Refract. Surg. 29: 1668-1673, 2003.
5) Chee, SP and Jap, A, Management of traumatic severely subluxated cataracts, Am. J. Ophthalmol. 151: 866-871, 2011.
6) Buttanri, IB et al., Modified capsular tension ring implantation in eyes with traumatic cataract and loss of zonular support, J. Cataract Refract. Surg. 38: 431-436, 2012.
7) Vasavada, AR et al., Cionni ring and in-the-bag intraocular lens implantation for subluxated lenses: a prospective case series, Am. J. Ophthalmol. 153: 1144-1153, 2012.
8) FDA file, "Summary of Safety and Effectiveness Data: Capsular Tension Ring – Types 14, 14A and 14C," http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P010059b.pdf.

＜文献請求先＞

HOYA株式会社 メディカル事業部
〒164-8545 東京都中野区中野4丁目10番2号
中野セントラルパークサウス6F
電話番号 03-5913-2347

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＊［製造販売業者］

HOYA株式会社
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-10-1
電話番号 03-5913-2340
（メディカル事業部日本統括本部代表）

［問い合わせ窓口］

HOYA株式会社 メディカル事業部
〒164-8545 東京都中野区中野4丁目10番2号
中野セントラルパークサウス6F
電話番号 03-5913-2343

［製造業者］

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
ホーヤ メディカル シンガポール PTE. LTD.
シンガポール

I51-09-93.02