＊2017年6月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）　　認証番号：225AGBZX00028000
2013年5月2日（新様式第1版）

歯科材料4　歯科用根管充填材料
管理医療機器　歯科用根管充填ガッタパーチャポイント　JMDN:31872000

オートフィット ガッタパーチャ

【禁忌・禁止】
・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。＊

【形状、構造及び原理等】
1．種類
1)オートフィットガッターＧＴ

サイズ	ISO呼称	長さ	識別色
04	01003	28mm以上	紫
06	01005		白
08	01007		黄
10	01009		赤
12	01011		青

2)オートフィットガッター

サイズ	ISO呼称	長さ
F	01005	26mm以上
FM	01005	
M	01006	
ML	01008	

3)バックフィルガッタパーチャ
種類：F、FM、M、ML
長さ：24mm以下

2．成分
ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、ミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエン、色素

【使用目的又は効果】
拡大形成した根管の充填に使用する。

【使用方法等】
①拡大された根管の形状、テーパに合ったガッタパーチャを選択し試適する。
・オートフィットガッターＧＴはテーパの大きなファイルで拡大した根管に適している。
・オートフィットガッターは主としてマスターコーンとして用いるが、全ての加熱ガッタパーチャテクニックに使用できる。
・バックフィルガッタパーチャはアクセサリポイントとして使用する。
②選択したガッタパーチャにシーラーを塗り、根管に挿入する。
③根管よりはみ出したガッタパーチャを加熱したプラガ等で切り取る。
④ガッタパーチャを加熱したプラガ等で加圧して根管に充填する。
⑤残余の根管をバックフィルガッタパーチャ等で充填する。
⑥ガッタパーチャが冷却したならば、根管が封鎖されたことを確認する。

【使用上の注意】＊
1．使用注意
開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2．重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。＊
③本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。＊
④誤飲を防ぐため、ラバーダムを使用することが望ましい。

【保管方法及び有効期間等】
（保管方法）
①本品は、容器に入れたまま室温で保管すること。
②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（有効期間）
容器に記載されている使用期限までに使用すること。使用期限は⌛マークの後に西暦と月が数字で記されている。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電話番号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製造元：メタバイオメド社
Meta Biomed Co.,Ltd.
（国名：カンボジア）